

# 设备购销合同

甲方：乙方：湖南涛汇医疗器械有限公司  
地址：长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心厂房4栋101-3层305室  
电话：电话：158 7489 0228  
联系人：赵立彬

为维护各方的合法利益，明确各方的权利和义务，根据相关法律法规，经过各方友好协商，一致同意签定本合同。

1. 经过甲方采购程序并双方协商同意按以下条款乙方出售、甲方购进下列商品

产品名称	生产厂家	规格型号	单位	数量	单价(元)	合计(元)
医用吊桥	南京迈瑞生物医疗 电子有限公司	HyPort B80-II	台	4	65000.00	260000.00
中央监护系统	深圳迈瑞生物医疗 电子股份有限公司	BeneVision	套	1	60000.00	60000.00
插件监护仪 (病人监护仪)	深圳迈瑞生物医疗 电子股份有限公司	BeneVision N12	台	4	99000.00	396000.00
心电图机	深圳迈瑞生物医疗 电子股份有限公司	BeneHeartR12	台	1	30000.00	30000.00
输液泵站 (输液信息采集系统)	深圳迈瑞科技有限 公司	BeneFusion eDS	套	4	50000.00	200000.00
高端呼吸机	深圳迈瑞生物医疗 电子股份有限公司	SV600	台	1	256000.00	256000.00
重症病床 (医用电动床)	八乐梦床业(中国) 有限公司	CA-69	台	4	50000.00	200000.00
可视喉镜(视频喉镜)	深圳因赛德思医疗 科技有限公司	insight iS2	套	1	40000.00	40000.00
医用控温仪	长春市安泰电子产 品有限责任公司	ZLJ-2000	台	1	50000.00	50000.00

总计金额：人民币大写壹佰肆拾玖万贰仟元整（¥1492000.00 元）

1. 货物配置详见附件；2. 表格中产品单价均为含税价，甲方为履行本合同所发生的所有费用均包含在合同单价

中，乙方无须另行支付其他任何费用。

2. **检测准入：**乙方向甲方提供以下文件：乙方《医疗器械经营企业许可证》、本合同购销产品之《中华人民共和国医疗器械注册证及产品注册登记表》等法律法规规定的证件。乙方负责办理该产品所有政府职能部门准入使用证件、计量检测等手续（包括但不限于合格证、检测证、批准文书、生产批号及产品说明），随产品一并交付甲方，费用由乙方承担。

3. **交货日期、地点及运输：**合同签订后，乙方在收到甲方书面通知后 30 日内交货到乙方指定地点，由甲方的采购办、使用科室和设备科与乙方共同对设备现场开箱视验货，并出具收货清单。若视验货时发现设备数量、品种、规格、生产厂家等不符合采购合同规定或设备存在损坏时，甲方有权拒收设备，后续问题处理由乙方负责，乙方在甲方指定时间内重新调配合格设备交付至甲方指定地点。双方验货后，由乙方负责内完成安装调试试运行。一切运输装卸、保险、安装特殊防护、安装调试等费用由乙方承担。在安装运输及调试过程中如出现人员伤亡及财产损失责任由乙方承担。乙方延期交货或未及时交付合格货物，每延期一天按交付货物的总额的 1% 支付违约金，延期 1 个月仍未完成交付，甲方有权解除合同。乙方负责产品在交货及安装地点的保管，直至项目验收合格，运行验收合格前设备毁损、灭失的风险由乙方承担。

#### 4. 付款方式

甲乙双方签订合同后，甲方向乙方支付总合同款 20% 为预付款，设备安装完成并通过设备科验收后支付至合同款的 95%，余合同总金额的 5% 在免费质保期满一年且无重大质量问题的前提下全额无息付清（具体以双方签订的合同为准）。

#### 5. 质量要求

5.1 产品符合国家标准，证照齐全。生产厂家要有完善的质量检测手段和质量保证体系，符合国家有关检测标准以及该产品的出厂标准。

5.2 乙方保证：①提供的货物是全新产品，采用生产厂家原装包装，且确保甲方购买的设备出厂日期不超过 1 年（以装机时间为准）否则不予验收。且必须为最新机型和最新的硬件版本；②提供全套设备技术资料，并译成中文（包括设备安装图、电气设备及系统安装线路图、构件、机械安装图、安装手册、操作手册、维修手册、制造、安装标准含技术规范、安装和验收报告）；③提供产品相关的证照证件原件（如为进口商品，则需提供合法的进口报关资料、完税凭证、商检证明等资料）。

5.3 若因产品质量或设计缺陷原因，造成的人身、财产损害、引起的不良事件或医疗纠纷；或因出现侵犯所有权或知识产权等问题所造成的产权或知识产权纠纷，乙方均应承担全部法律责任和赔偿责任（包括但不限于给患者或者其他受损害方的赔偿及甲方为处理该等事件发生的包括律师费、差旅费、鉴定费、诉讼费在内的损失）。



**6. 售后服务：**自运行验收合格之日起，质保期壹年，质保期内乙方对设备整机全免费保修，免费终身维护，免费软件升级，免费开放信息化数据及端口，免费主动承担连接买方信息化系统，免费开放所有维修密码。在设备的设计使用寿命期内，乙方保证对设备的零配件的供应。设备故障，电话随时响应，4 小时内现场抵达响应并排除故障。

6.1 厂家工程师负责设备安装调试，对甲方设备操作使用人员进行培训（如跟台手术、现场指导、现场操作等方式方法，具体视设备使用科室实际情况而定），帮助设备使用科室掌握规范的操作技术和维护保养常识。乙方书面列出，设备常见的故障现象，培训甲方工程师，提供解决方法。

6.2 设备在甲方使用科室得到调试、培训验收认可并出具认可函后，进行设备运行验收，运行验收合格后才开始进入免费质保期。质保期内的所有维修更换配件及工时等均是免费。

6.3 乙方终身免费负责设备的保养维护。乙方每年定期对设备保养两次，书面记录入档。

6.4 设备质保期内和期外，甲方电话通知乙方维修，乙方电话随时响应，委派工程师抵达甲方使用科室时间不得超过 6 小时，紧急维修 2 小时抵达。

6.5 产品质量保修期满后，甲方维修需要更换配件，乙方以低于维修时配件市场价格的 80% 优惠价供应，不任意提价。

7. 因履行本合同发生争议的，由双方协商；协商不成的，应向甲方所在地人民法院起诉。

8. 本合同附件与合同具有相同法律效力，合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。自甲乙双方且法定代表人（或授权代表人）签字盖章之日起生效。

9. 如果在合同谈判、签订、履行中，有馈送或索要礼物、礼金现象，甲乙双方有权终止合同并由有关部门追究相应法律责任。

甲方：（盖章）



法定代表人(授权代表)签字：

日期： 年 月 日

乙方：（盖章）



开户银行：中国银行股份有限公司湖南省分行

银行账号：595080440093

业务代表：赵立彬

法定代表人(授权代表)签字：

日期： 年 月 日

附件:

医用吊桥配置清单

迈瑞 HyPort B80-II 配置单 (四套)		
序号	部件名称	部件数量
常规:		
1	标识包-Hyport B80	4
2	天花装饰罩-75mm, 适用于 Hyport B80	4
3	承重柱, 吊桥, 600	4
4	II 型吊桥悬梁, L=2800mm, 适用于 Hyport B80	4
湿塔主体:		
1	II 型吊桥滑车(不带臂), 适用于 Hyport B80	4
2	连接柱-200	4
3	Hyport B30 吊柱 280mm*250mm*800mm	4
湿塔强弱电:		
1	电源插座_国标 5 孔_西门子	24
2	等电位	8
湿塔气体相关:		
1	气体终端_氧气	4
2	气体终端_负压	4
3	气体终端_压缩空气	4
湿塔附件:		
1	延伸臂-导轨式	4
2	输液架	4
3	边轨式集线器	16
4	导轨式托盘	4
5	导轨式托盘--单抽屉--	4
6	网篮	8
干塔主体:		
1	II 型吊桥滑车(不带臂), 适用于 Hyport B80	4
2	连接柱-200	4
3	Hyport B30 吊箱, L=680mm-双吊杆	4
干塔强弱电:		
1	电源插座_国标 5 孔_西门子	24
2	等电位	8
3	罗格朗 RJ45, 含线, CAT6	4
干塔气体相关:		
1	气体终端_氧气	4
2	气体终端_负压	4
3	气体终端_压缩空气	4
干塔附件:		
1	吊杆式集线器 (圆形)	16
2	吊杆式托盘	4
3	吊杆式托盘--单抽屉	4

中央监护系统配置清单

BeneVision 配置清单（壹套）

序号	名称	单位	数量	备注
1	电脑主机	台	1	
2	液晶显示器	台	1	
3	记录仪(外置)	台	1	
4	串口通讯电缆	根	1	
5	16 端口交换机	个	1	
6	加密狗组件	套	1	
7	快速恢复安装指南	套	1	
8	三芯电源线	根	1	
9	使用说明书	套	1	
10	设备保修卡	份	1	
11	序列号小标贴	份	1	
12	合格证	份	1	

插件监护仪（病人监护仪）配置清单

BeneVision N12 配置清单（肆台）

序号	名称	单位	数量	备注
1	主机	个	4	
2	多参数模块	个	4	
3	三芯电源线	条	4	
4	5 导分体式心电导联线组件	套	4	
5	心电电极 5 片装	包	4	
6	7 针血氧主电缆	条	4	
7	成人血氧探头	条	4	
8	无创血压导气管（直插式插头）	条	4	
9	成人血压袖套	个	4	
10	使用说明书	本	4	
11	中文操作卡	个	4	
12	设备保修卡	个	4	
13	合格证	个	4	
14	锂电池	个	4	
15	有创血压附件包	个	4	
16	呼气末二氧化碳模块及附件	套	1	
17	转运监护仪	台	2	

---

心电图机配置清单

BeneHeartR12 配置清单（壹台）

序号	货物名称	单位	数量	备注
1	主机	台	1	
2	说明书	本	1	
3	合格证	张	1	
4	保修卡	张	1	
5	电源线	根	1	
6	心电附件包	套	1	



输液泵站（输液信息采集系统）配置清单

BeneFusion eDS 配置清单（肆套）

序号	名称	单位	数量	备注
1	主机插件箱（4 槽位）	台	4	
2	注射泵 (BeneFusion eSP)	台	12	
3	输液泵 (BeneFusion eVP )	台	4	
4	国标电源线	根	4	
5	紧固夹	个	4	
6	手册包	本	4	



## 高端呼吸机（呼吸机）配置清单

### SV600 配置清单（壹台）

序号	名称	单位	数量	备注
1	主机	台	1	
2	氧气、空气软管（配接头）3M	根	1	
3	国标电源线	根	1	
4	台车	个	1	
5	插件箱	个	1	
6	支撑臂	个	1	
7	成人模拟肺	个	1	
8	一次性细菌过滤器	个	1	
9	湿化器	个	1	
10	NIV 面罩（中号）	个	1	
11	氧疗鼻塞导管（中）	根	1	
12	VC-A/C 通气模式	/	1	
13	PC-A/C 通气模式	/	1	
14	SIMV-VC 通气模式	/	1	
15	SIMV-PC 通气模式	/	1	
16	CPAP/PSV 通气模式	/	1	
17	SIGH 通气模式	/	1	
18	DuoLevel 通气模式	/	1	
19	P0.1 监测	/	1	
20	呼吸功监测	/	1	
21	浅快呼吸指数监测	/	1	
22	内源性 PEEP 监测	/	1	
23	最大吸气负压监测	/	1	
24	智能吸痰功能	/	1	
25	无创呼吸模式	/	1	
26	PRVC-SIMV 通气模式	/	1	
27	AMV 通气模式	/	1	
28	VS 通气模式	/	1	
29	CPRV 通气模式	/	1	
30	自动插管补偿	/	1	
31	肺复张 SI 法	/	1	
32	脱机辅助工具	/	1	
33	牵张指数	/	1	
34	肺过渡膨胀系数	/	1	
35	系统软件	套	1	

## 重症病床（医用电动床）配置清单

### CA-69 配置清单（肆台）

序号	名称	单位	数量	备注
1	冷轧钢喷涂床架	台	4	
2	体式升降护栏（含护士控制面板）	片	16	
3	树脂头脚板（吹塑成型、可拆卸）	套	4	
4	专业医用电机	台	16	
5	电动及手动 CPR 装置	套	4	
6	手持式遥控器	台	4	
7	延长床架	套	4	
8	医用双面脚轮	只	16	
9	中控锁装置	套	4	
10	床垫止滑器	个	12	
11	床侧引流袋挂架	组	16	
12	标准输液架插孔	个	32	
13	标配蓄电池	个	4	
14	防撞轮装置	套	4	
15	高密度海绵床垫	张	4	
16	移动床边桌	套	4	

可视喉镜（视频喉镜）配置清单

insight iS2 配置清单（壹台）

序号	名称	单位	数量
1	便携箱	个	1
2	主机	台	1
3	窥视叶片手柄	把	1
4	窥视叶片	套	1
5	电源适配器	个	1
6	数据线	根	1
7	使用说明书	本	1
8	合格证、产品质保卡、装箱清单	份	1

### 医用控温仪配置清单

ZLJ-2000 配置清单（壹台）

序号	名称	单位	数量	备注
1	主 机	台	1	
2	软冰帽	套	1	
3	冰 毯	条	1	
4	体温传感器	条	2	
5	毯温传感器	条	1	
6	帽温传感器	条	1	
7	电 源 线	条	1	
8	保 险 丝	个	2	
9	产品合格证	张	1	
10	使用说明书	份	1	