

吉首市疾病预防控制中心设备采购项目更正公告

一、采购项目基本情况

- 1. 采购项目名称：吉首市疾病预防控制中心设备采购项目
- 2. 政府采购计划编号：吉财采计-2025-001
- 3. 委托代理编号：HNPJGZ-2025-001
- 4. 首次公告日期：2025 年 1 月 21 日

二、更正信息

更正事项：☐ 采购公告 ☒ 采购文件 ☐ 采购结果

更正内容：

公告文件章节	原内容	现更正为
第五章 采购需求 第二节一、全自动碘分析仪	▲1. 用于尿碘、水碘、常规水质中氨氮、六价铬、硝酸盐、硫化物、水中铝等项目的全自动分析（提供水质软件分析数据结果彩色图片证明文件）。	★1. 用于尿碘、水碘、常规水质中氨氮、六价铬、硝酸盐、硫化物、水中铝等项目的全自动分析（提供水质软件分析数据结果彩色图片证明文件）。
第五章 采购需求 第二节一、全自动碘分析仪	▲7.1 仪器内置石墨消解装置，可容纳≥72 个消解管，石墨消解仪采用高精度传感器控制，消解仪孔间恒温精确至±0.1℃；消解温度：室温至 120℃可调，消解模块各消解孔温差小于 0.5℃；消解仪样品架配有自动升降机构（提供消解仪样品架升降机构图片证明），消解完成后，样品架自动抬升，打开内置风扇进行风冷降温；不接受水冷降温（投标文件中需提供石墨消解装置，风扇冷却降温实物照片并加盖投标人公章）	★7.1 仪器内置石墨消解装置，可容纳≥72 个消解管，石墨消解仪采用高精度传感器控制，消解仪孔间恒温精确至±0.1℃；消解温度：室温至 120℃可调，消解模块各消解孔温差小于 0.5℃；消解仪样品架配有自动升降机构（提供消解仪样品架升降机构图片证明），消解完成后，样品架自动抬升，打开内置风扇进行风冷降温；不接受水冷降温（投标文件中需提供石墨消解装置，风扇冷却降温实物照片并加盖投标人公章）
第五章 采购需求 第二节四、全自动微生物鉴定药敏分析仪	▲10. 仪器具备紫外消毒功能，最大程度减少生物危害，以保证实验室人员安全。	/

更正日期：2025 年 1 月 24 日

三、其他补充事宜：

1. 各潜在投标人自行在《中国湖南政府采购网》（<http://www.ccgp-hunan.gov.cn>）或《湘西公共资源交易网》（<http://ggzyjy.xx.gov.cn>）查阅与采购相关的文件、资料及更正/澄清公告等内容；恕不另行通知，如有遗漏，采购人、采购代理机构概不负责。

2. 投标人在《湘西公共资源交易网》（<http://ggzyjy.xx.gov.cn>）报名领取原招标文件后，应下载更新后的.XXZZF 格式招标文件，具体操作为：CA 登录湘西公共资源交易网，在“采购业务”菜单栏中点击“采购公告及文件变更下载”，点击领取按钮下载本项目.XXZZF 格式招标文件。未领取更新的.XXZZF 格式招标文件导致响应文件无法上传的，投标人自行负责！

3. 中国湖南政府采购网的招标公告内容和招标文件中的投标邀请内容不一致的，以招标文件中的投标邀请内容为准。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：吉首市疾病预防控制中心
地 址：吉首市冲塘巷交叉口北 280 米
联系人：刘子杰
电 话：18897433297

2. 采购代理机构信息

名 称：湖南品鉴项目管理有限公司
地 址：湖南省吉首市乾州办事处狮子社区黄家垅 42 号（乾城三智幼儿园旁）
电 话：0743-8566116
联系人：汤锦冠、汤丹华
联系电话：19374368121
电子邮箱：877259068@qq.com

3. 项目联系方式：

项目联系人：汤锦冠
电话：19374368121