

单一来源采购方式论证专家签到表

拟采购项目名称：邵阳市中心医院 GE16 排 CT 维保服务

姓名	单位	联系方式（电话、手机）
一、专家		
陈新发	邵阳市第二人民医院	18073982896
周展新	邵阳学院附属医院	13975580158
杨晓涉	邵阳市中级人民法院	13873959573

未准时到会况：_____。

政府采购单一来源采购专业人员论证意见

项目基本情况	申请单位	邵阳市中心医院
	拟采购项目金额	人民币 70 万元/年
拟采购项目名称	邵阳市中心医院 GE16 排 CT 维保服务	
拟定唯一供应商名称	通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司	
拟定唯一供应商地址	中国（上海）自由贸易实验区意成路 96 号 1 栋	
专业人员论证意见	通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司在邵阳市中心医院本项目设备售后服务维保的原厂单位，故通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司为本次项目的唯一供应商单位。	
论证小组签名		
日期： 2024 年 8 月 23 日		

政府采购单一来源采购方式专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	邵阳市中心医院
拟采购项目名称	邵阳市中心医院 GE16 排 CT 维保服务
拟采购项目金额	70 万元/年
拟定唯一供应商名称	通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司
拟定唯一供应商地址	中国（上海）自由贸易实验区意成路 96 号 1 栋
二、原因阐述	
<p>1、GECT BRIGHTSPEED 16 排 CT 属于大型贵重设备，球管是 GECT BRIGHTSPEED 16 排 CT 的核心部件，市场上没有可替代产品，且维保技术要求高，只能由厂家派专人进行专业的售后保修，如维修诊断故障，下载错误代码需原厂配套软件（非厂家公司无法提供）等，通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司作为现有品牌机器的生产厂家，由原厂维保能及时的保证机器的使用开机率及软件更新升级和硬件更换，故能最快的时间内满足临床使用。</p> <p>2、根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款“符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用单一来源方式采购：（一）只能从唯一供应商处采购的”之规定，上述情形已构成“只能从唯一供应商处采购的”的条件，建议本项目通过公示无异议后采用单一来源方式进行采购。</p>	
三、专家论证意见	
<p>经论证申请单位理由属实，考虑到核心部件球管及供应商的唯一性，为了更好的保证开机率及机器的使用寿命，和能及时更换核心配件，专家一致认为符合采用单一来源的方式进行采购。</p> <p style="text-align: right;">杨晓峰</p> <p style="text-align: right;">专家签字：(司) 杨晓峰</p> <p style="text-align: right;">日期：2024 年 8 月 23 日</p>	