

邵阳市中心血站大容量低温离心机采购项目

进口产品论证公示

湖南建科工程项目管理有限公司受邵阳市中心血站的委托，对邵阳市中心血站大容量低温离心机采购项目组织相关专家对采购进口产品进行了论证，现将有关事项公告如下：

一、项目名称：邵阳市中心血站大容量低温离心机采购项目

二、预算金额：人民币 112 万元（2 台）

三、采购理由：血液是生命之源，保障血液安全关系到人民群众身体健康和生命安全。低温大容量离心机是血站血液制备的关键设备，直接影响到血液的质量安全。目前我站有四台进口离心机，其中有两台离心机已超时使用故障频发，随着业务的开展及工作量的增加，已经远远不能满足工作需要。通过调研，我们发现国产低温大容量离心机存在以下不足：噪音大，成浆率低，离心效果差，成分分层不清晰，大部分需要二次离心，温度精度差，红细胞溶血率高，血液制备质量不稳定，血液安全得不到有效保障。鉴于以上原因，全省采供血机构目前大部分均使用的是进口大容量低温离心机。为保证工作的顺利开展，切实保障血液安全，我站申请购买进口离心机两台，我们将严格按照政府采购的有关规定实施。

四、专家论证意见：

论证时间	2024 年 03 月 26 日 10 时 00 分
论证地点	邵阳市双清区建设南路与邵阳大道交汇处东北角柏林国际 9 栋 1409 室
论证意见	进口产品在设备质量、工作效率、精密度、离心效果、维护保养上均优于国产设备。此次申请进口产品采购的仪器符合我国现行法律法规的相关规定，不违反国家相关政策，且该产品不属于禁止、限制进口产品。



专家成员 名单	姓名	工作单位	职称
	罗燕	邵阳市疾控中心	技术专家
	颜立雄	邵阳市中心医院	技术专家
	陈克鹄	新邵县人民医院	技术专家
	李再清	邵阳市中心医院	技术专家
	杨皞陟	邵阳市中级人民法院	法律专家

## 五、公示期限:

自 2024 年 03 月 27 日至 2024 年 04 月 03 日, 共计 5 个工作日。任何供应商、单位或个人对采购进口产品公示有异议的, 可以向采购人、采购代理机构以书面形式实名反映, 并抄报财政部门。

## 六、联系方式

采 购 人: 邵阳市中心血站  
地 址: 邵阳市北塔区资园十一巷 8 栋  
联 系 人: 吴女士  
电 话: 18163809505

采购代理机构: 湖南建科工程项目管理有限公司  
地 址: 邵阳市双清区邵阳大道与建设路口交叉点柏林国际 9 栋  
13A(14)09 室  
联 系 人: 陈女士  
电 话: 0739-5164666、13203253440

