

## 第一节 采购清单一览表

序号	设备名称型号	数量(台)	服务内容	服务期限	服务地点
1	GE(Revolution) 62 排 CT	1	整机维修保养服务	三年	采购人指定地点

## 第二节 服务要求

### 一、维保范围

包含整机硬件、球管、工作站、探测器、高压发生器等，保修期内不限次数提供工程师到达现场进行维修服务及零备件免费更换。

### 二、维保服务要求

▲1、投标人或所代理的服务机构能提供本项目设备原厂授予的维保服务授权书，营业执照。具有长期稳定的维修服务机构，并提供营业执照。

2、投标人需保证 CT 开机率 $\geq 95\%$ 。每少一天赔偿医院 3 万\天。

▲3、投标人或所代理的服务机构对本项目须配备有至少 2 名原厂培训工程师，提供当年有效期内的原厂资质证明，原厂授权可提供原厂相关资料。设备故障后中标方在接到医院维修电话后需 3 小时内回应，并在 24 小时内到达医院进行设备维修。

4、投标人或所代理的服务机构在国内须设有专门的球管、零备件仓库，能提供更换相应全新原厂零部件的证明。维修所更换配件均保证 GECT 原厂配件，因更换配件被 GE 公司或上级技术监管部门罚款及其他后果均由中标方负责。

▲5、投标人或所代理的服务机构拥有全职的原厂认证合格的 GECT 临床应用培训人员，能以现场的和远程的形式，提供临床扫描、图像处理 and 相应业务拓展的专业支持。须提供当年有效期内的原厂资质证明。

▲6、投标人或所代理的服务机构须具备提供原厂全新 GECT 球管及原厂配件的实力，提供设备厂家开具的授权书或合作协议书等证明材料。

7、投标人或所代理的服务机构提供设备维修保养需使用的特殊精密专业工具列表，并提供年度具有法定资质的省级及以上校正认证机构或其授权单位出具的有效检测报告。

8、提供能及时获取并实施原厂系统安全性软硬件改版通知（FMI）能力的证明，维保期内免费提供设备（含独立工作站）的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本，提供证明材料。

9、每年度提供原厂标准的定期现场校准和保养服务不少于 4 次，并提供书面保养报告；

保养包含但不限于如下项目：设备清洁、安全检查、影像质量检查、必要的电气环境检查等。

★10、中标方提供的球管必须为原厂全新球管，须在合同签订之日起，七个工作日内提供一支原厂全新球管进行更换，提供承诺函（格式自拟）。

附球管参数：（1. 提供投标型号球管的原版技术白皮书，且以下参数均以此技术白皮书为准；  
2. 阳极热容量：5.0MJ；3. 管套热容量不小于 7.7MJ；4. 焦点数量：两个；5. 焦点尺寸（IEC 336/2005）：小焦点 0.9mm\*0.7mm；大焦点 1.2mm\*1.1mm；6. 焦点功率最大 $\geq 72\text{KW}$ ；7. 120KV 时最大毫安输出不低于 600mA；8. 管套出线窗口 FOV（Field of View）尺寸：40mm；9. 支持 0.35 秒每圈的高速旋转；10. 球管最大额定电压 $\geq 140\text{KV}$ ；11. 阳极靶面角度：7 度；）

注：如投标人具有有效授权，授权人的材料可视同为投标人的证明材料，可作为响应和计分依据。

### 第三节 商务要求

甲方名称、地址	名称：临武县中医医院 地址：临武县武水镇环城南路与福溪路交汇处西北面
项目现场	临武县中医医院
履行合同的时间、地点及方式	服务时间：维保服务期限 3 年 服务地点：采购人指定地点
服务质量保证期	维保服务期限 3 年
服务响应时间	设备故障后中标方在接到医院维修电话后需 3 小时内回应，并在 24 小时内到达医院进行设备维修。
合同价款支付方式和条件	一、付款比例及进度  第一年度：截止到本年度合同期满前 10 日，累计向乙方支付合同总金额的 50%；  第二年度：累计支付合同总额的 20%；  第三年度：累计支付合同总金额的 10%；  质保尾款：剩余 20%于维保质保期届满后支付。  二、支付条件及方式  合同签订后，乙方须向甲方出具全额维保正规税务发票，甲方按照约定的付款比例及进度支付款项。
乙方提供的其他服务	见 第 二 节 ： 服 务 要 求
解决争议的方式	<input checked="" type="checkbox"/> 诉讼 <input type="checkbox"/> 仲裁