

# 政府采购 公开招标文件

(综合评分法)

货物类

采购单位名称:	常宁市妇幼保健计划生育服务中心
采购项目名称:	常宁市妇幼保健计划生育服务中心妇孺国医堂设备采购项目
政府采购编号:	常财采计[2025]018 号
采购代理机构名称:	湖南省云尚项目管理有限公司
委托代理编号:	YS2025-HW-0101

(网上开标专用)

2025-03-03

# 目 录

第一章 投标邀请 .....	- 4 -
第二章 投标须知前附表 .....	- 8 -
第三章 投标须知 .....	- 14 -
一、说明 .....	- 14 -
二、招标文件 .....	- 16 -
三、投标文件的编制 .....	- 18 -
四、投标文件的提交 .....	- 20 -
五、开标、评标 .....	- 21 -
六、中标信息公告与中标通知书 .....	- 27 -
七、询问、质疑与投诉 .....	- 27 -
八、合同签订 .....	- 28 -
九、其他规定 .....	- 29 -
第四章 采购合同协议书 .....	- 30 -
第五章 采购内容与要求 .....	- 32 -
第六章 综合评分表 .....	- 43 -
第七章 投标文件格式与要求 .....	- 45 -
一、资格证明文件封面 .....	- 48 -
二、投标人资格证明文件审查 .....	- 49 -
三、授权委托书 .....	- 50 -
四、法定代表人（单位负责人）身份证明 .....	- 51 -
五、投标人基本情况 .....	- 52 -
六、投标人资格承诺函 .....	- 54 -
七、湖南省政府采购供应商资格承诺函 .....	- 56 -
八、项目免收投标保证金承诺书 .....	- 58 -
九、联合体协议 .....	- 59 -
十、符合性审查表 .....	- 60 -
十一、商务文件封面 .....	- 61 -
十二、投标函 .....	- 62 -
十三、开标一览表(总价) .....	- 64 -

十四、分项价格表 .....	- 65 -
十五、商务响应与偏离表 .....	- 66 -
十六、中小企业声明函 .....	- 67 -
十七、残疾人福利性单位声明函 .....	- 68 -
十八、监狱企业证明材料 .....	- 69 -
十九、招标文件规定的其他与本项目相关的证明文件 .....	- 70 -
二十、进口产品经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件 .....	- 71 -
二十一、按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料 .....	- 72 -
二十二、附表：本项目所投节能、节水或环境标志产品 .....	- 73 -
二十三、附表：本项目所投小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品清单-	74 -
二十四、技术文件封面 .....	- 75 -
二十五、货物说明一览表 .....	- 76 -
二十六、技术规格、参数响应或偏离表 .....	- 77 -
二十七、投标货物符合招标文件规定的证明文件 .....	- 78 -
二十八、按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料 .....	- 79 -
二十九、投标人需提供的其他资料 .....	- 80 -

## 第一章 投标邀请

湖南省云尚项目管理有限公司采购代理机构受常宁市妇幼保健计划生育服务中心的委托，对常宁市妇幼保健计划生育服务中心妇孺国医堂设备采购项目（采购编号：常财采计[2025]018号、委托代理编号：YS2025-HW-0101）项目进行公开招标采购，采用网上开标模式。欢迎符合资格条件的投标人前来投标。

### 一、采购人的采购需求：

分包：

包名	预算金额(元)	最高限价(元)	代理服务费限价(元)
包 1	1610000.00	1610000.00	21710.00

包详情：

包名	品目分类	标的名称	简要技术要求	数量
包 1	A02320000-医疗设备	常宁市妇幼保健计划生育服务中心妇孺国医堂设备采购项目	详见招标文件	1 批

### （一）采购项目需要落实的政府采购政策：

1、强制采购：政府采购实行强制采购的节能、节水产品等。  
2、优先采购：政府采购鼓励采购节能、环境标志产品等。  
3、价格评审优惠：政府采购促进中小企业发展等（包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业）。

### 4、预留采购份额：

☐专门面向：☐中小企业 ☐小微企业 ☐监狱企业 ☐福利性单位

☐强制分包（非专门面向）：大型企业应将采购份额的/%以上分包给中小企业，其中预留/%份额给小微企业。

(二) 采购进口产品：本项目 ☐ 接受 ☒ 拒绝 进口产品参加招标采购。

## 二、投标人的资格要求：

1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

投标人提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》即视为满足上述基本资格条件。

2、采购项目的特定资格条件：投标货物若属于中国医疗器械注册管理范围内的，投标货物应取得监督管理部门颁布的相应的有效《中华人民共和国医疗器械注册证》；投标人为所投产品制造商的，须提供《医疗器械生产许可证》；投标人为非制造商的，如从事第三类医疗器械经营的应取得《医疗器械经营许可证》；从事第二类医疗器械经营的，应取得《第二类医疗器械经营备案凭证》。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

6、投标人为联合体形式的。本次招标采购 ☐ 接受 ☒ 不接受 投标人为联合体形式。接受联合体形式的，联合体应当具备下列条件：

/。

### 三、获取招标文件及投标报名：

1、获取公开招标文件的时间(报名时间)：从 2025 年 3 月 3 日起至 2025 年 3 月 10 日止；

2、请在衡阳市公共资源交易中心窗口办理 CA 认证后，在衡阳市公共资源网上交易平台（<http://hyggzyjy.hengyang.gov.cn:89/TPBidder/memberLogin>）进行报名，报名成功后，在本项目报名截止时间前登录衡阳市公共资源交易网站完整下载招标文件，并进行“报名确认”操作，逾期将视同放弃投标资格。投标人须从衡阳市公共资源交易网上完整下载招标文件，否则视同无效投标。网上完整下载/获取招标文件等技术资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人概不负责。如遇衡阳市公共资源交易平台操作问题，可拨打平台统一服务热线：4009980000，热线服务时间为工作日上午 8:30 时到 12:00 时，下午 14:00 时到 17:00 时。

3、投标人参与本项目的投标事宜，须办理以下数字证书：

（1）投标单位数字证书(电子印章)；

（2）法定代表人（单位负责人）数字证书(含电子签名或电子印章)；

（3）授权委托人数字证书(含电子签名或电子印章，若投标代表为法定代表人〔单位负责人〕，无需办理)。

具体办理流程详见衡阳市公共资源交易网市场主体服务区相关信息。数字证书(含电子印章、电子签名)有关业务流程或电话咨询手机 CA 互认平台(标证通：0734--8846545)、CFCA(0734--8869546)、湖南 CA(0734--8846535)。

4、招标文件售价：0 元。

### 四、开标时间与地点：

1、开标时间(提交电子投标文件的截止时间)：2025 年 03 月 24 日 09 时（北京时间）；

2、开标地点：衡阳市公共资源交易不见面开标大厅（<http://hyggzyjy.hengyang.gov.cn:89/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>）；

3、投标文件的解密：电子投标文件上传截止时间后，投标人应在开标当天使用具有上网卡和音视频功能的电脑提前登录衡阳市公共资源交易网进入“服务导航”——“不见面开标大厅登录”。采购代理机构将在系统内公布投标人名单并核验投标保证金

金提交情况，然后通过不见面开标系统发出投标文件解密的指令。投标人在各自地点按“不见面开标系统”提示在规定时间内自行实施远程解密参加网上开标活动（远程解密方法见衡阳市公共资源交易网--信息公开--服务指南--政府采购交易服务：《不见面大厅政府采购投标人操作手册》），投标人在采购代理机构发出解密指令之时起 20 分钟之内完成投标文件解密，否则视同放弃本次投标。关于“不见面开标系统”解密规定详见招标文件第三章投标须知第 26 条。

## 五、询问及质疑

1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在 3 个工作日内作出答复。

2、投标人认为招标文件或招标公告使自己的权益受到损害的，可在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发〈政府采购质疑答复和投诉处理操作规程〉的通知》(湘财购〔2019〕20 号)的规定，向采购人、采购代理机构提出书面质疑。联系人[陆鑫洪](#)，联系电话 [15211451202](#)。

## 六、投标保证金

本项目需交纳投标保证金/元。

## 七、联系方式

### 1、采购人

- (1) 名 称：[常宁市妇幼保健计划生育服务中心](#)
- (2) 地 址：[培元街道办事处泉峰西路 416 号](#)
- (3) 联系人：[张正华](#)
- (4) 电 话：[13974761699](#)
- (5) 电子邮箱：[/](#)

### 2、采购代理机构

- (1) 名 称：[湖南省云尚项目管理有限公司](#)
- (2) 地 址：[衡阳市高新区新桥花园 9 栋 1 单元 301 室](#)
- (3) 联系人：[陆鑫洪](#)
- (4) 电 话：[15211451202](#)
- (5) 电子邮箱：[3520582152@qq.com](#)

## 第二章 投标须知前附表

注：本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“☑”标注。

名称	内容规定
<b>一、说明</b>	
联合体投标	<input type="checkbox"/> 接受 <input checked="" type="checkbox"/> 不接受
采购进口产品	<input checked="" type="checkbox"/> 本项目拒绝进口产品。 <input type="checkbox"/> 本项目已经财政部门审核同意购买进口产品。 包 1： /。 包 2： /。 /.....（此项可编辑）
<b>二、招标文件</b>	
实质性条款响应	除法律、法规和规章规定外，招标文件中标注“★”号的条款为实质性要求条款（即重要条款）对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为 <b>无效投标</b> 。
一般条款允许偏离的最高项数	一般商务和技术条款偏离项数之和 $\geq 20$ 项将导致 <b>无效投标</b> 。 包 1： $\geq 20$ 项将导致 <b>无效投标</b> 。 包 2： $\geq$ /项将导致 <b>无效投标</b> 。 /（此项可编辑）
条款数（最高项数）的统计方法	招标文件中，技术部分和商务部分凡编排有单独的中文序数或阿拉伯数字或英文字母序列号等字符的条款算一项商务或技术要求项数，相同内容的条款不重复计算项数。
<b>三、投标文件的编制</b>	
投标报价	1、投标总价不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将视为 <b>无效投标</b> 。 2、投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将视为 <b>无效投标</b> 。（接受备选方案时除外。） 3、投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(如果设定)，否则，在评标时将视为 <b>无效投标</b> 。 4、任何包含价格调整要求和条件的投标报价，在评标时将视为 <b>无效投标</b> 。
备选方案	<input type="checkbox"/> 接受 <input checked="" type="checkbox"/> 不接受
投标人的资格证明文件	<b>投标人有下列情形之一的，视为无效投标：</b> 1、未按《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》规定格式进行承诺的；



	2、未按招标文件要求提交其他资格证明文件、联合体协议、分包意向协议或提供虚假资格证明文件的； 3、资格证明文件超过有效期的或未按有关规定年审合格的。
样品提供的规定	<input type="checkbox"/> 要求提供 样品提交时间：/ 样品提交地点：/ <input checked="" type="checkbox"/> 不要求提供
投标保证金	本项目需交纳投标保证金 0 元。
投标有效期	90 日（日历日），如投标有效期不足的，在评标时将视为 <b>无效投标</b> 。
投标文件份数	电子文件：在交易系统中提交电子投标文件一份。
<b>四、投标文件的提交</b>	
电子投标文件的提交	网络传输提交：投标人应在提交投标文件截止时间前将电子投标文件网络传输提交至“衡阳市公共资源交易网（ <a href="https://ggzy.hengyang.gov.cn">https://ggzy.hengyang.gov.cn</a> /）—投标人登录—投标文件上传模块”。逾期提交的投标文件，系统将自动拒收，视为放弃投标。
<b>五、开标、评标</b>	
投标人电子投标文件解密方式	投标人使用生成投标文件的 CA 数字证书进行解密。
投标人解密电子投标文件时限	解密时限：自网上开标系统发出投标文件解密的指令起 20 分钟内完成，投标文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。
电子唱标	以《开标一览表》为准，未提供的，按照无效投标处理。
评标因素和标准	<b>(提示：因评标因素“技术”项涉及政府采购政策优惠，为便于计算，应与其他评标因素分列)</b>
权值	(说明：权值、评审因素等具体内容见第六章综合评分表)
无效投标的规定	投标文件中除前章节条款所述情况外，有下列情况之一的，也应在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： (1) 投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)； (2) 不符合法律、法规和招标文件其他规定的实质性内容。
废标的规定	有下列情形之一时，评标委员会应予废标： (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的； (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的； (3) 投标人的报价超过了采购预算或超过最高限价的； (4) 因重大变故，采购任务取消的。
关于多家代理商参加核心产品同一品牌产	1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌

品投标的规定		<p>投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>2、非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件载明的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。</p> <p>3、本项目核心产品为：<b>红外热像仪（中医 CT）</b>。</p>
投标文件修正		投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正。
推荐的中标候选人数量		按评标委员会推荐顺序确定前 3 名（详见第六章）
强制采购	标记★符号的节能、节水产品	<p>投标人应按财库〔2019〕9 号和财库〔2019〕19 号文件要求，此仅限于《节能产品政府采购品目清单》内的，除财政部另有规定外，标记★符号产品为政府强制采购节能、节水产品；投标人提供的产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效，不是品目清单内的产品，在评审时不予以考虑：</p> <p>采用综合评分法时，对于价格和技术分，应分别给予总分值 4%-8% 的加分。本项目具体加分比例分别为：价格部分 4%、技术部分 4%。</p>
优先采购	非标记★符号的节能、节水产品或环境标志产品	<p>投标人应按财库〔2019〕9 号、财库〔2019〕19 号和财库〔2019〕18 号文件要求，此仅限于《节能产品政府采购品目清单》（非标记★符号的节能、节水产品）或《环境标志产品政府采购品目清单》内产品；投标人提供的产品应当取得国家确认的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，不是品目清单内的产品，在评审时不予以考虑：</p> <p>采用综合评分法时，对于价格和技术分，应分别给予总分值 4%-8% 的加分。本项目具体加分比例分别为：价格部分 4%、技术部分 4%。</p>
政府采购优惠政策	中小企业	<p>行业类别如下：</p> <p>（一）农、林、牧、渔业</p> <p>（二）工业</p> <p>（三）建筑业</p> <p>（四）批发业</p> <p>（五）零售业</p> <p>（六）交通运输业</p> <p>（七）仓储业</p> <p>（八）邮政业</p> <p>（九）住宿业</p> <p>（十）餐饮业</p> <p>（十一）信息传输业</p> <p>（十二）软件和信息技术服务业</p>

		<p>(十三) 房地产开发经营</p> <p>(十四) 物业管理</p> <p>(十五) 租赁和商务服务业</p> <p>(十六) 其他未列明行业</p>
		<p>中小企业划分标准按国家规定执行：</p> <p>依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《国家统计局关于印发&lt;统计上大中小微型企业划分办法（2017）&gt;的通知》（国统字〔2017〕213号）等规定进行中小企业划分。</p> <p>投标人应提交符合《财政部工业和信息化部关于印发&lt;政府采购促进中小企业发展管理办法&gt;的通知》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》。</p> <p><input type="checkbox"/> 本项目中第/包，所属行业/，专门面向中小企业采购，不再执行价格扣除和评审优惠的扶持政策。</p> <p><input type="checkbox"/> 本项目中第/包，所属行业/，专门面向小微企业采购，不再执行价格扣除和评审优惠的扶持政策。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 一、本项目中第 1 包，所属行业（二）工业，非专门面向中小企业采购（投标人如为中小企业，投标文件中必须按招标文件要求的格式提供《中小企业声明函》，否则评审时不予考虑），给予小微企业报价 10%-20%的扣除，用扣除后的价格参加评审，本项目具体扣除比例为：价格部分 10%。</p> <p>注：如整包响应，整包所有品目均为小型、微型企业制造才进行价格扣除。小型、微型企业提供大中型企业制造的货物的，视同为大中型企业。</p> <p><input type="checkbox"/> 二、本项目非专门面向中小企业采购，预留 40%以上份额专门面向中小企业采购（其中预留给小微企业的比例不低于 60%），投标人在投标文件的中小企业声明函中明确被分包企业名称（制造商名称），并提供分包意向协议。中标人的分包协议须作为中标人与采购人签订的政府采购合同附件报同级财政政府采购监督管理部门和有关部门备案。接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。接受大中型企业投标人（制造商）与小微企业组成联合体或者允许大中型企业投标人（制造商）向一家或者多家小微企业（制造商）分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业（制造商）的合同份额占到合同总金额 40%以上的，对联合体或者大中型企业投标人（制造商）的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。本项目具体扣除比例为：价格部分/ %。</p>
	残疾人福利性单位、监狱企业	<p><input checked="" type="checkbox"/> 本项目中第 1 包，所属行业（二）工业，非专门面向残疾人福利性单位、监狱企业采购（投标人如为残疾人福利性单位或监狱企业，投标文件中必须按招标文件要求的格式提供《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明材料，否则评审时不予考虑）：</p> <p>残疾人福利性单位、监狱企业视同为小型、微型企业，给予残疾人福</p>

		利性单位、监狱企业报价 10%-20% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，本项目具体扣除比例为：价格部分 10%。
	多处获得政府采购政策优惠的计算方法	<p>1、投标人所投产品同时符合政府采购强制采购（或优先采购）节能、节水产品和优先采购环境标志产品政策的，投标人可选择其一，也可均填报。对均填报的，评标委员会评审时，只能选择其一，选择优惠范围最多的优惠政策进行评审。</p> <p>2、扶持中小企业发展的优惠政策可以与强制采购（或优先采购）优惠政策叠加享受。</p> <p>3、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受扶持中小企业发展的优惠政策。</p>
	政府采购合同融资	投标人有政府采购合同融资需求的，可登录湖南政府采购网衡阳分网政府采购合同融资线上平台（ <a href="http://220.168.30.70:89/page/portal/financeBankInfo_portal_hy.jsp?area_id=28">http://220.168.30.70:89/page/portal/financeBankInfo_portal_hy.jsp?area_id=28</a> ）了解相关业务。
<b>七、合同签订</b>		
	履约担保	<input type="checkbox"/> 需要。担保金额及方式： /。 <input checked="" type="checkbox"/> 不需要。
<b>八、其他规定</b>		
	信用记录	<p>1、采购人或采购代理机构在对投标人进行资格审查时，还应对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。</p> <p>2、信用记录查询网站：“信用中国”网、中国政府采购网。</p> <p>3、信用甄别时间：开标后至评标开始前。</p>
	采购代理服务费用	由采购人支付采购代理服务费用。
	网上开评标说明	<p>1、本项目采用网上开标模式，远程开标项目的时间以国家授时中心发布的时间为准。开标当日，投标人无需到达开标现场。开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法定代表人（单位负责人）应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、答疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人参与交互的人员均将被视为是投标人的授权委托人或法定代表人（单位负责人），投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。</p> <p>2、本项目报名、下载、上传均通过互联网操作，请投标人充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。</p> <p>3、参与网上开标的投标人，请在“衡阳市公共资源交易网（<a href="https://ggzy.hengyang.gov.cn/">https://ggzy.hengyang.gov.cn/</a>）--信息公开--服务指南模块”下载操作</p>

	<p>手册（不见面开标大厅操作手册-投标人），投标人应仔细阅读。开标、投标文件解密均在“不见面开标大厅”进行。投标人使用不见面开标大厅遇到问题时，可拨打平台统一服务热线：4009980000。</p> <p>4、投标文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构提前进入不见面开标大厅，播放测试音频，各投标人的授权委托人或法定代表人（单位负责人）提前进入不见面开标大厅（登录衡阳市公共资源交易网（<a href="https://ggzy.hengyang.gov.cn/">https://ggzy.hengyang.gov.cn/</a>）找到“服务导航-不见面开标大厅登录”模块），根据操作手册（进入相应项目的开标会议区）收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议区并完成CA或账号密码登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程质疑的权利，投标人将无法看到解密指令、开标、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果。</p> <p>5、开标环节，采购人或采购代理机构应导出并打印《标书雷同性分析检查表》，同《开标记录表》共同作为开标结果。</p> <p>6、评标期间，评标委员会可能通过衡阳市公共资源交易网交易系统要求投标人进行澄清答复，投标人应及时关注交易系统动态，在评标结束前不要离线。投标人关注交易系统动态的操作：登录衡阳市公共资源交易网（<a href="https://ggzy.hengyang.gov.cn/">https://ggzy.hengyang.gov.cn/</a>），点击进入“服务导航-投标人登录”模块，关注“采购业务-评标澄清答复”动态。如评标委员会通过衡阳市公共资源交易网交易系统要求投标人进行澄清答复，投标人应在规定的时间内在线答复并进行电子签章确认，否则，视为投标人放弃澄清答复的权利，投标人承担由此导致的一切后果。</p>
其他	<p>有融资需求的供应商线上申请政府采购合同融资/政采贷基本条件：</p> <p>1、能提供中标通知书或政府采购合同</p> <p>2、企业及法定代表人征信无不良记录、未列入法院失信被执行人名单。</p> <p>申请路径：登录中国湖南政府采购网首页“政府采购合同融资”，选择金融机构，按照金融机构的要求提供相关融资资料进行申请（衡阳政府采购合同线上融资信息服务平台：<a href="http://220.168.30.70:89/page/portal/financeBankInfo_portal_hy.jsp?area_id=28">http://220.168.30.70:89/page/portal/financeBankInfo_portal_hy.jsp?area_id=28</a>）</p>

## 第三章 投标须知

### 一、说明

#### 1.适用范围

1.1 本招标文件适用于**投标邀请**中所述采购项目。

#### 2.定义

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本采购项目的采购人名称、地址、电话、联系人见**投标须知前附表**。

2.2“采购代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和经财政部门认定资格的其他采购代理机构。

2.3“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 电子招标投标：是指电子招标投标各方参与人（以下简称交易参与人）按照有关法律法规的规定，应用网络信息技术，使用衡阳市公共资源网上交易平台(以下简称交易平台)，进行的招标投标活动。

2.5“货物”系指投标人按招标文件要求，向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。

2.6“服务”系指招标文件规定投标人须承担的系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

#### 3.投标人的资格要求

3.1 投标人应当符合**投标邀请**中规定的下列资格条件要求：

（1）《中华人民共和国政府采购法》（以下简称“《政府采购法》”）第二十二条款第一款规定的投标人基本资格条件；

（2）采购项目有特殊要求，招标文件规定的投标人特定资格条件。

3.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

(2) 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

(3) 在参加本项目政府采购活动前 3 年因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

#### **4.投标费用**

4.1 投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

#### **5.授权委托**

5.1 投标人代表可为投标人的法定代表人（非法人组织、个体工商户等的负责人称为单位负责人）或其授权委托人。投标人代表为投标人法定代表人（单位负责人）的，应提供法定代表人（单位负责人）身份证明；投标人代表不是投标人法定代表人（单位负责人）的，应提供法定代表人（单位负责人）授权委托书，并附法定代表人（单位负责人）身份证明。

#### **6.联合体投标**

6.1 除**投标须知前附表**另有规定，本采购项目不接受除政府采购政策规定以外的其他联合体投标。

6.2 投标人以联合体形式投标，除应符合本章第 3.2 款、第 3.3 款、第 3.4 款规定外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

(2) 联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的资格条件；

(3) 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级

（4）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

## **7.采购进口产品**

7.1 除**投标须知前附表**另有规定外，本采购项目拒绝进口产品参加投标。

7.2 本章第 7.1 款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。

## **二、招标文件**

### **8.招标文件的构成**

8.1 招标文件共七章，分两部分。各部分的内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标须知前附表

第三章 投标须知

一、说明

二、招标文件

三、投标文件的编制

四、投标文件的提交

五、开标与评标

六、中标信息公告与中标通知书

七、投标人质疑

八、合同签订

九、其他规定

第四章 采购合同协议书

第五章 采购内容与要求

技术要求

商务要求



## 第六章 综合评分表

## 第七章 投标文件格式与要求

### 9.招标文件的提供

9.1 招标文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见**招标文件投标邀请**。

9.2 投标人应及时登录交易平台下载招标文件，并按规定要求在网站完成投标报名。

9.3 招标文件的提供期限截止时，确认报名的投标人少于三家，采购人或采购代理机构可以延长招标文件的提供期限或者不再限制提供期限，并发布更正公告。延长招标文件的提供期限或者不再限制提供期限的，遵守本章第 11.1 款关于招标文件修改的规定。

### 10.偏离

10.1 本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。

10.2 除法律、法规和规章规定外，招标文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

10.3 第二章和第五章中的一般商务和技术条款（参数），在超出允许偏离的条款数（见**投标须知前附表**）时，在评标时将其视为无效投标。

10.4 条款数（最高项数）的统计方法见**投标须知前附表**。

### 11.招标文件的澄清与修改

11.1 采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在**投标须知前附表**规定的提交投标文件截止时间至少 15 日前，在财政部门指定的媒体和衡阳市公共资源交易中心网站发布澄清或者修改的内容。

11.2 如果澄清或者修改发出的时间距投标截止时间不足 15 日，将相应顺延投标

截止时间。

#### **12. 推迟投标截止时间和开标时间**

采购代理机构可以视采购具体情况，推迟投标截止时间和开标时间，并将变更时间在财政部门指定的媒体和衡阳市公共资源交易中心网站发布更正公告。

### **三、投标文件的编制**

#### **13. 投标语言**

投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

#### **14. 计量单位**

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### **15. 投标文件组成**

投标文件由资格证明文件、商务文件、技术文件三部分组成。详见第七章投标文件格式与要求。

#### **16. 投标报价**

16.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

16.2 投标人应按《开标一览表》和《分项价格表》的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标总价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将视为无效投标。

16.3 除投标须知前附表允许提交备选方案外，投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将视为无效投标。

16.4 投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(如果设定)，否则，在评标时将视无效投标。采购项目预算、最高限价见**投标邀请**。

16.5 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由

予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标报价，在评标时将其视为无效投标。

16.6 投标人的价格优惠应当直接在开标一览表的投标报价中给出。

## **17.备选方案**

17.1 除投标须知前附表另有规定外，本采购项目不接受备选方案投标。

17.2 接受备选方案投标时：

17.2.1 投标人在投标文件中只能提交一个备选方案并注明主选方案，且备选方案的投标报价不得高于主选方案。如果投标人在投标文件中提交两个以上备选方案或未注明何为主选方案，在评标时将其视为无效投标。

17.2.2 备选方案应当在《开标一览表》备注中列出。

## **18.投标人的资格证明文件**

18.1 投标人应提交满足投标邀请规定的资格条件要求的证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。

18.2 如果投标人为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在资格审查时将其视为无效投标。

### **18.3 投标人有下列情形之一的，视为无效投标：**

18.3.1 未按《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》规定格式进行承诺的；

18.3.2 未按招标文件要求提交其他资格证明文件、联合体协议、分包意向协议或提供虚假资格证明文件的；

18.3.3 资格证明文件超过有效期的或未按有关规定年审合格的。

## **19.投标文件符合招标文件规定的证明文件**

19.1 投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。

19.2 投标人应按招标文件要求详细填写相关表格。

19.3 商务、技术偏离表中应对照招标文件所有商务、技术要求如实填写。

19.4 投标须知前附表规定投标人在投标时提供样品的，投标人有以下情形之一

的，在评标时将不予评分：

19.4.1 未在**投标须知前附表**规定的提交时间、地点提交的；

19.4.2 投标人提交的样品与招标文件中规定的样品标准要求不一致的。

## **20.投标保证金**

本项目投标保证金详见**投标须知前附表**投标保证金之规定。

## **21.投标有效期**

投标有效期见**投标须知前附表**，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标邀请规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

## **22.投标文件的编制和签署**

22.1 电子投标文件：投标人应按照电子招标文件要求制作电子投标文件，并进行电子签名和盖章。

22.1.1 投标人确认投标后，应从交易平台上下载“电子招标文件制作工具”，并使用此工具编制电子投标文件，否则将可能影响电子投标文件的上传而导致投标无效。

22.1.2 投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效投标文件。

22.1.3 电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。

# **四、投标文件的提交**

## **23.电子投标文件的提交**

### **23.1 电子投标文件的密封和标记**

23.1.1 电子投标文件通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的投标文件，电子开标软件将无法接受，采购代理机构不予受理。

### **23.2 电子投标文件的提交**

23.2.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前将电子投标文件上传到指定网站的指定栏目。逾期不予受理。

23.2.2 如遇系统提示“上传未成功”，投标人应及时重新修改文件或系统运维机构联系，查明原因，确保上传无误，因自身原因导致不能上传的，由投标人自行承担责任。

### **23.3 电子投标文件的修改和撤回**

投标人在招标文件规定的投标截止时间前，可以撤回已上传的电子投标文件，也可以撤回并修改后再重新上传。在投标截止时间之后，投标人撤回其电子投标文件的，按政府采购相关规定接受处罚。

**24.无论中标与否，投标人的投标文件均不予退还。**

### **25.串通投标**

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装。

## **五、开标、评标**

### **26.开标**

**26.1 投标人可通过网上开标系统参加开标会；**

**26.2 开标程序。采购代理机构在规定的时间内，按下列程序进行开标；**

26.2.1 投标人在开标时间前提前登录网上开标系统；

26.2.2 开标时间，由系统在线公布投标人名单，并核验投标保证金到账或电子保函情况；

26.2.3 投标人根据系统发出投标文件解密指令提示后在规定时间内使用加密投标

文件的 CA 数字证书进行投标文件解密。解密时限为 20 分钟，投标文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。

26.2.4 唱标：以《开标一览表》为准，未提供的按无效投标处理。在线生成的《开标记录表》所有有效投标人可以在线即时查看、下载。

26.2.5 投标人法定代表人（单位负责人）或授权委托人应在系统规定的时间内在开标记录上进行确认，否则视同认可开标结果。

### **26.3 开标时，出现下列情形之一的，不得进入评标：**

26.3.1 开标时，出现下列情形之一的，视为投标人撤销其投标：

- （1）投标人未按要求配置开标所需的软硬件设备，导致解密失败的；
- （2）投标人电脑故障或无法上网，导致解密失败的；
- （3）解密锁发生故障、失效、错误等，导致解密失败的；
- （4）解密时间超过规定时限的；
- （5）其他由于投标人自身原因导致解密失效的情形。

26.3.2 如因网上开标系统出现系统故障，导致开标解密无法完成的，由采购人或采购代理机构向交易平台提出延长解密时间的申请，交易平台酌情延长解密时间。

## **27.政府采购政策支持**

省级以上财政部门关于政府采购强制采购、优先采购以及支持中小企业的政策规定可在中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))和中国湖南政府采购网（[www.ccgp-hunan.gov.cn](http://www.ccgp-hunan.gov.cn)）查询。本项目价格扣除或加分比例见**投标须知前附表**。

### **27.1 强制采购：**

产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注★符号产品），投标人提供的产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。实施政府强制采购的，评审时按**投标须知前附表**的规定给予价格部分和技术部分加分。

### **27.2 优先采购：**

对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品（非标记★符号节能产品）、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按**投标须知前附表**的规定给予价格部分和技术部分加分。

### **27.3 小微企业评审优惠：**

（1）在货物采购项目中，投标人提供的货物均为小型、微型企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由

小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。投标人提供的货物、工程或者服务符合上述情况的，按《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）和《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（湘财购〔2022〕17号）规定，评审时按**投标须知前附表**的规定给予价格扣除，用扣除后的价格参加评审。本项所称货物不包括使用大中型企业注册商标的货物。

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，具体按**投标须知前附表**的规定给予价格扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，具体按**投标须知前附表**的规定给予价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

（4）中小企业划分标准按**投标须知前附表**的规定执行。

#### 27.4 政府采购政策交叉与叠加

（1）符合政府采购强制采购和优先采购政策的，产品只能享受节能产品、节水产品、环境标志产品等产品优惠中的一项（投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据）。

（2）投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；

（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“节水产品”、“环境标志产品”中的一项政府采购优惠累加计算。

27.5 投标文件符合本章第27.1款、第27.2款、第27.3款规定的，投标人应提供相关证明资料。

（1）节能产品、节水产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（扫描件）。

（2）中小企业：按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，提供《中小企业声明函》（格式）。

（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定提供证明文件（扫描件）。

（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

27.6 投标人有政府采购合同融资需求的，详见**投标须知前附表**。

## 28. 评标

### 28.1 评标委员会

28.1.1 评标由依法组成的评标委员会负责。

## **28.2 评标方法**

28.2.1 评标方法：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

28.2.2 本采购项目的评标因素和标准见**综合评分表**。

## **28.3 投标文件的初步评审**

28.3.1 初步评审分为资格性审查和符合性审查。

（1）资格性审查。根据法律法规和招标文件的规定，采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明材料、信用记录、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。对未通过资格审查的投标人，将告知投标人原因。

（2）符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（3）评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

28.3.2 投标文件中除前章节条款所述情况外，有下列情况之一的，也应在资格性、符合性审查时按照无效投标处理：

（1）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)；

（2）不符合法律、法规和招标文件其他规定的。

28.3.3 有下列情形之一时，评标委员会应予废标，并将理由通知所有投标人。废标的情形同时在**投标须知前附表**集中列示：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算；

（4）因重大变故，采购任务取消的。



28.3.4 多家代理商提供同一品牌产品投标的，在统计投标人数量时要求如下：

（1）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目时，多家投标人提供的招标文件载明的核心产品品牌相同的，按前（1）规定处理。

## **28.4 澄清有关问题**

28.4.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

28.4.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用数据电文形式，并根据要求进行电子签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.4.3 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人应对修正进行确认，如不确认，评标时将视为无效投标。

28.4.4 有效的数据电文澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

## **28.5 比较与评价**

28.5.1 评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.5.2 价格评审。价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×价格权值×100

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格参与价格评审。

28.5.3 涉及政府采购政策优惠的，按**投标须知前附表**规定调整投标人的技术、价格得分或总得分。

28.5.4 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、计分。

28.5.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供数据电文说明，必要时提交相关证明材料（提交电子扫描件）；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.5.6 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

## **28.6 推荐中标候选人名单**

28.6.1 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评审后的价格由低到高顺序排序。得分相同但价格相同的，按评审后的技术得分由高到低顺序排序。

28.6.2 本次招标采购推荐的中标候选人数量见**第六章**。

## 六、中标信息公告与中标通知书

### 29.中标信息公告

中标人确定后，中标信息将在财政部门指定的媒体和衡阳市公共资源交易网上公告。

### 30.中标通知书

#### 30.1 中标结果通知

30.1.1 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构将以数据电文形式向中标人发出已完成电子签章的《中标通知书》。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

30.1.2 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 七、询问、质疑与投诉

31. 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人将在三个工作日内作出答复。

32. 投标人认为招标文件、采购过程和中标成交结果使自己的权益受到损害时，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

33.前款“应知其权益受到损害之日”是指：

33.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日起

33.2 对采购程序提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

33.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

34. 投标人提出质疑的，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，并提供质疑函和必要的证明材料。采购人或采购代理机构应当向质疑投标人开具签收回执。

35.质疑函应当包括下列内容：

35.1 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

35.2 质疑项目的名称、编号；

35.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

35.4 事实依据；

35.5 必要的法律依据；

35.6 提出质疑的日期。

36.质疑书应当由质疑投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖投标人单位公章，由授权的代理人签字的应附其法定代表人（单位负责人）委托授权书。

37.采购人应当在签收回执之日起七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人或采购代理机构。

38.质疑投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向财政部门提出投诉。

## **八、合同签订**

### **39.履约担保**

中标人在收到中标通知书后十日内，需向采购人提交履约担保的，应按照**投标须知前附表**的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

### **40.签订合同**

采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

## **九、其他规定**

### **41.信用记录**

41.1 为推进政府采购诚信体系建设，投标人在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读省级以上财政部门相关政策规定。

41.2 采购人或采购代理机构在对投标人进行资格审查时，还应对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

41.3 信用记录查询网站见**投标须知前附表**。

41.4 信用甄别时间见**投标须知前附表**。

41.5 信用信息查询记录和证据留存具体方式：对有不良信用记录的投标人情况截图，作为查询记录和证据。

**42.网上开标说明**（详见**投标须知前附表**）

### **43.采购代理服务费用**

采购代理服务费用见**投标须知前附表**。

### **44.其他**

招标文件的其他规定见**投标须知前附表**。

## 第四章 采购合同协议书

政府采购编号：常财采计[2025]018 号

委托代理编号：YS2025-HW-0101

采购人（全称）：常宁市妇幼保健计划生育服务中心（甲方）

中标人（全称）：                    （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

### 1.项目管理信息

（1）采购组织形式：          

（2）采购方式：          

（3）项目名称：                    

### 2.合同标的及金额

序号	标的名称	型号规格	数量	单价	总价	备注

合同金额小写：  
大写：

3.履行合同的时间、地点及方式：                    

4.付款：                    。

### 5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

☐ 提请仲裁      ☐ 向人民法院提起诉讼

### 6.组成合同的文件

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

(2) 本合同协议书

(3) 中标或成交通知书

(4) 政府采购合同格式条款

(5) 投标文件

(6) 招标文件

(7) 标准、规范及有关技术文件

合同订立时间： \_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日

合同订立地点： \_\_\_\_\_

甲方：（公章）	乙方：（公章）
法定代表人（单位负责人）： _	法定代表人（单位负责人）： _
授权委托人： _____	授权委托人： _____
电话： _____	电话： _____
传真： _____	传真： _____
开户银行： _____	
帐 号： _____	

## 第五章 采购内容与要求

### 第一节 技术要求

序号	名称	技术参数	单位	数量	备注	
1	红外热像仪 (中医 CT) (核心产品)	<p>(一) 红外摄像装置</p> <p>1.帧像素: <math>\geq 320 \times 240</math>;</p> <p>2.视场角: 水平的视场<math>\leq 18^\circ</math>, 垂直的视场<math>\leq 24^\circ</math>;</p> <p>3.测温范围: <math>30^\circ\text{C} \sim 42^\circ\text{C}</math>;</p> <p>4.调焦方式: 自动调焦;</p> <p>5.探测器材质类型: 氧化钒材质;</p> <p>6.核心部件红外扫描机芯要求: 标注原产地;</p> <p>▲7.图像场周期: <math>\leq 20\text{ms}</math>; (需提供产品彩页或技术白皮书或官网截图或技术参数说明或带 CMA 标识的检测报告)</p> <p>8.图像采样帧频要求: <math>\geq 50\text{Hz}</math>;</p> <p>9.预热时间: 热像仪的图像生成时间应<math>\leq 30\text{s}</math>;</p> <p>10.测温准确度要求: 测温准确度为<math>\leq 0.3^\circ\text{C}</math>;</p> <p>11.温度显示分辨力: 温度显示分辨力为<math>\leq 0.01^\circ\text{C}</math>;</p> <p>12.镜头: 镜头焦距 <math>30\text{mm}</math> F 数 <math>0.8</math>;</p> <p>▲13.瞬时视场: 垂直及水平的瞬时视场均应<math>&lt; 1\text{mrad}</math>;</p> <p>(需提供产品彩页或技术白皮书或官网截图或技术参数说明或带 CMA 标识的检测报告)</p> <p>14.自动聚焦范围: 最小聚焦距离<math>\leq 0.4\text{m}</math>, 最大聚焦距离<math>\geq 5.3\text{m}</math>;</p> <p>15.测量功能: 对图像中的任意一点测量温度, 对图像中矩形、椭圆形、点、线区域测量平均温度;</p> <p>16.红外镜头升降台: 自动水平位平行上下升降范围; 升降台平面距地面最高<math>\geq</math>升降台平距地面最高<math>\geq 1000\text{mm} \pm 100\text{mm} - 1750\text{mm} \pm 100\text{mm}</math>;</p> <p>17.红外镜头: <math>\geq</math>水平转动 <math>90 \pm 5^\circ</math>, <math>\geq</math>竖直转动 <math>25^\circ \pm 3^\circ</math>; 镜头可沿轨道前后移动, 移动距离<math>\geq 20\text{cm} \pm 2\text{cm}</math>;</p> <p>18.计算机主机: window10 系统; 处理器<math>\geq \text{i5}</math>; 内存<math>\geq 4\text{G}</math>; 硬盘容量<math>\geq 1\text{T}</math>;</p> <p>19.计算机显示器: <math>\geq 24</math> 寸高分辨率彩色液晶显示器;</p> <p>20.对讲系统: 双向对讲系统;</p> <p>21.检查舱体: <math>\geq 3\text{m} \times 1.5\text{m} \times 2.2\text{m}</math>;</p> <p>(二) 软件</p> <p>22.软件系统: 红外热像采集/处理/诊断分析软件包, 图像增强处理, 设定温度测量范围, 多幅图像显示, 鼠标点击出的温度显示, 储存读取删除复制图像功能, 具有病案资料及诊断信息的输入及自主编辑功能;</p> <p>23.红外热像采集/处理/诊断分析软件包: 包含体检报告、专</p>	套	1		



序号	名称	技术参数	单位	数量	备注	
		科报告、中医辨证报告、中医体质报告等软件包；				
2	固本熏蒸床	<p>(一) 产品技术参数</p> <p>1. 电源额定电压：AC 220V<math>\pm</math>22V 电源额定频率：50Hz<math>\pm</math>1Hz；</p> <p>2. 额定功率：<math>\geq</math>2300VA；</p> <p>3. 温度设定范围：35<math>\sim</math>70<math>^{\circ}</math>C 温度显示精度：1<math>^{\circ}</math>C；</p> <p>4. 定时时间：1<math>\sim</math>99min 可调；</p> <p>(二) 产品功能参数</p> <p>1. 采用宽视角 LCD 显示屏，设定参数、实时数据数码显示，直观明了；</p> <p>2. 采用感应式触摸开关控制，方便临床操作；</p> <p>▲3. 熏蒸区域：根据人体工程学的结构合理设计，可灵活选择颈部、肩部、背部、腰部、腿部（整个督脉）进行熏蒸治疗；(需提供产品彩页或技术白皮书或官网截图或技术参数说明或带 CMA 标识的检测报告)</p> <p>4. 温度、时间在规定范围内自由设定；</p> <p>5. 加药方式：外置式加药液，既能起到过滤作用又能保证加药的安全；</p> <p>6. 采用电控加液，换药、清洗方便；</p> <p>7. 设备具有两路独立的超温保护装置，治疗仪超过设定温度时，第一路保护装置应启动，停止加热；当温度降低到设定值以下后可以恢复加热。如果第一路保护装置失效造成患者皮肤温度升高至 50<math>^{\circ}</math>C 时，第二路保护装置应立即启动，切断电源；</p> <p>8. 床体材质：采用医用级亚克力材质，一次性成型，光滑美观。因设备在工作时一直处于高温蒸汽状态，而亚克力材质不仅耐高温还耐腐蚀，既保证了无毒无气味的环境又保证了设备的经久耐用；</p> <p>9. 具有中药蒸汽输出的送风装置，能有效的均衡药蒸汽温度避免局部灼热；</p>	台	2		
3	儿童熏蒸床	<p>(一) 产品技术参数</p> <p>1. 电源：AC 220V<math>\pm</math>10%；</p> <p>2. 电源频率：<math>\geq</math>50Hz；</p> <p>3. 输入功率：<math>\geq</math>2300VA；</p> <p>4. 熏蒸仓内的温度可在 35<math>\sim</math>70<math>^{\circ}</math>C 范围内调节；</p> <p>5. 熏蒸时间可在 1<math>\sim</math>99min 范围内调节，在水量充足的情况下，连续工作时间不少于 8 个小时；</p> <p>6. 熏蒸床的蒸汽发生器容积<math>\geq</math>3000ml，最大熏蒸量<math>\geq</math>650ml/h；</p> <p>7. 工作噪声：<math>\leq</math>65dB（A 计权）；</p> <p>(二) 产品功能参数</p> <p>1. 配备液晶显示屏，直观显示治疗时间和实时温度，方便医护人员查看；</p>	台	2		

序号	名称	技术参数	单位	数量	备注	
		2.熏蒸舱盖采用气弹簧连接，开合方便省力，便于医护人员操作； 3.配备大尺寸光疗灯，照射面积大，具有促进伤口和溃疡的愈合，促进骨折愈合等功效； 4.配有臭氧消毒系统，避免病人的交叉感染； 5.具备自动进水、水位检测功能。治疗过程中，药液缺少，设备自动补水；（此功能需外接水源） 6.低水位自动报警，防止干烧； 7.配有双重温度保护装置，并有声响报警提示，保障患者的安全； 8.床面熏蒸区域根据病人的熏蒸部位可自由组合，使药蒸汽集中于熏蒸部位，便于临床治疗； 9.床体上设有圆孔式加药口，便于医护人员加药； ▲10.具有故障自动检测功能，并显示故障代码，同时在故障时及时发出提示音，安全可靠；(需提供产品彩页或技术白皮书或官网截图或技术参数说明或带 CMA 标识的检测报告) 11.配有送风装置，均衡药蒸汽温度，防止局部温度过高烫伤患者； 12.配置漏电保护开关，确保临床使用安全； 13.床体配有刹车脚轮、移动方便、定位灵活；				
4	生殖熏蒸椅	（一）产品技术参数 1.电源：AC 220V±10%； 2.电源频率：50Hz±1Hz； 3.输入功率：±2000VA； 4.熏蒸温度：常温～（50±3）℃，九档可调； 5.熏蒸温度保护温度：58℃±5℃； 6.清洗水温：常温～（40±3）℃，分三档可调； 7.清洗水温热保护温度：50℃±3℃； 8.座圈温度：35℃±3℃； 9.座圈热保护温度：77℃±5℃； 10.暖风温度：常温～（35±5）℃，分三档可调； 11.暖风热保护温度：95℃±5℃； 12.熏蒸的时间可在 1～99 分钟范围内调节，连续工作时间不小于 8 小时； 13.熏蒸仪的蒸汽发生器容积≥3000ml，其最大熏蒸量≥650ml/h； 14.清洗流量：0.6-1.1L/min； 15.具有臭氧消毒装置； 16.熏蒸仪的工作噪声应不大于 65dB(A 计权)； （二）产品功能参数 1.具有一键启动功能，可按照默认参数进行一整个流程的治疗； 2.默认的参数可由用户自设定，自设定后的值断电后仍然有效；	台	2		

序号	名称	技术参数	单位	数量	备注	
		3.具有语音提示功能，启动不同的功能会有相应的语音提示； 4.具有预热保温功能，保温阶段熏蒸容器内液体温度始终控制在 70-75℃；预热时采用最高档加热，患者温度到达 35℃ 后自动转为设定的档位加热； ▲5.加热功率分九档可调，每档控制不同的温度，可根据患者要求调节最适合患者的档位；(需提供产品彩页或技术白皮书或官网截图或技术参数说明或带 CMA 标识的检测报告) 6.配合中草药物熏蒸，使肌肤毛孔打开，药物通过皮肤表层吸收给药，完成治愈性理疗； 7.可根据男女所需，选择各自专用的冲洗功能，并调节合适水温，方便卫生； 8.具有座圈加热功能，更加贴心设计，提高患者治疗的舒适感； 9.配有暖风烘干功能，可多档调节吹风的温度，风力柔和，暖风烘干，贴心周到； 10.具有漏电保护功能、加热器防干烧装置，确保临床操作的安全性； 11.熏蒸仪的蒸汽发生器具有低水位自动保护装置，缺水时自动停止加热； 12.具有臭氧杀菌功能，避免患者交叉感染，确保治疗安全； ▲13.采用外置式药液过滤器，过滤药液，防止药渣进入管道，导致管道堵塞；(需提供产品彩页或技术白皮书或官网截图或技术参数说明或带 CMA 标识的检测报告) 14.具有故障自动检测功能，并显示故障代码，同时在故障时及时发出提示音，安全可靠；				
5	双头熏蒸仪	(一) 产品技术参数 1.定时时间：1-99min 任意可调，连续工作时间≥8h； 2.温度显示范围：0℃-150℃，显示精度±1℃； 3.压力调节范围：20-35KPa； 4.输入功率：≥2000VA； 5.熏蒸锅容积：≥5L； (二) 产品功能参数 1.双路输出中药蒸汽,既可为一个患者提供两个部位治疗,也可同时治疗两个患者,互不影响、效益倍增； 2.最少两种工作模式可任意设定（即常规模式、强弱模式）； 3.采用广视角液晶屏显示仪器的工作参数，并具有实时状态提示功能； 4.熏蒸容器具有多重安全防护装置，如达到压力自动泄压、限压阀失效后安全阀自动泄气等多重安全保护装置； 5.具有超温、超压、缺水保护并具有声响提示，多重保护措施，使仪器工作过程更加安全； 6.设有两个独立的熏蒸容器，并在熏蒸容器内设置具有过滤	台	1		

序号	名称	技术参数	单位	数量	备注	
		功能的蒸汽输出装置，防止药渣进入，堵塞蒸汽管道；蒸汽输出装置可拆卸，方便清洗药垢； 7.配备冷凝水收集系统，保证喷出的蒸汽中没有凝聚的水珠，从而避免烫伤患者； 8.翻盖 0~90° 范围内任意悬停； 9.喷头配有嵌入式吸水海绵隔离罩，吸附多余水珠，使病人和喷嘴之间保持安全距离，防止烫伤； 10.配置自动、手动两种排废液方式，互不干扰，方便医护人员使用； 11.熏蒸容器采用外置式一体成型加热器，有效防止药液对加热装置的腐蚀，延长使用寿命； ▲12.具有浓度检测功能，通过数值大小指示运行时药物的浓度，清晰直观；(需提供产品彩页或技术白皮书或官网截图或技术参数说明或带 CMA 标识的检测报告)				
6	培元艾灸床	(一) 产品技术参数 1.按防电击类型分类：I 类设备； 2.按防电击的程度分类：B 型应用部分； 3.按运行模式分类：连续运行； 4.额定电压和频率：≥220V，≥50Hz； 5.输入功率：≥1000VA； 6.工作噪声：≤60dB； (二) 产品功能参数 1.金属结构机身，安全稳固；采用环保 PU 皮，高弹海棉，柔软舒适； 2.床面分成上中下三个区域，分别对应肩背部、腰部、腿部，各区域可独立控制； ▲3.加热温度多档可调，调节范围灵活可控，高精度控温探头可保证每档均实现精准控温；(需提供产品彩页或技术白皮书或官网截图或技术参数说明或带 CMA 标识的检测报告) ▲4.具有内循环送风系统，使床体内形成循环均衡整体艾熏温度，使治疗温度能均匀覆盖身体每个部位；(需提供产品彩页或技术白皮书或官网截图或技术参数说明或带 CMA 标识的检测报告) 5.双重测温保护更安全，配备高精度测温装置，治疗温度超温时具有超温警示功能，有效避免烫伤患者； 6.配备天然磁疗砭石板，快速导热，双层受热，砭石中的微量元素舒缓紧张情绪，磁场减压，镇定安神； 7.配有红光疗法，治疗时自动点亮照射于皮肤表面，红光的热透作用，可以促进血液循环，提升艾灸治疗效果；	台	2		
7	艾灸仪	(一) 产品技术参数 1.按防电击类型分类：I 类设备； 2.按运行模式分类：连续运行； 3.艾灸仪的额定电压和频率：≥220V，≥50Hz； 4.艾灸仪的输入功率：≥800VA；	台	1		

序号	名称	技术参数	单位	数量	备注	
		5.工作噪声： $\leq 60\text{dB}$ ； （二）产品功能参数 1.治疗时间：1-60min 可调，设备连续工作时间： $\geq 8$ 小时； 2.输出温度调节范围： $38^{\circ}\text{C}$ - $56^{\circ}\text{C}$ 可调，且配备双重温度保护装置，防止设备超温烫伤患者； 3.具备超温警示功能，直观提醒用户小心烫伤； 4.双通道独立控制，可同时治疗不低于 2 位患者； 5.设备具有带刹车的滑轮，移动灵活，固定方便； 6.采用气动支架，治疗头高度、治疗角度可轻松调节，临床使用方便； ▲7.治疗头角度三维万向旋转，多角度治疗，无治疗死角，临床使用方便；(需提供产品彩页或技术白皮书或官网截图或技术参数说明或带 CMA 标识的检测报告) 8.配备红光治疗，治疗时可开启红光照射于皮肤表面，红光的热透作用，可以促进血液循环，提升艾灸治疗效果； 9.抽拉式艾饼盒，更换艾饼方便快捷； 10.艾饼双面加热，解决了单面加热需人工翻面，艾饼和艾绒加热不充分等问题；				
8	多功能刮痧仪	（一）产品技术参数 1.电源： $\text{AC } 220\text{V} \pm 10\%$ ； 2.电源频率： $50\text{Hz} \pm 1\text{Hz}$ ； 3.输入功率： $300\text{VA}$ ； 4.安全类别：I 类； 5.防护类型：BF 型应用部分； 6.运行模式：连续运行； 7.定时装置：1~60min 可调节，定时误差： $\pm 5\%$ ； 8.输出直流分量：无直流分量； 9.工作频率（载波频率）：方波 $\pm 2.0\text{kHz}$ ，允差 $\pm 10\%$ ； 10.输出电流：在基准负载（ $500\Omega$ ）下，最大输出电流 $\leq 100\text{mA}$ ，并应在最小至最大输出范围内分档可调； 11.输出电流稳定度：输出电流变化率不大于 5%； 12.调制频率范围： $0\text{Hz} \sim 150\text{Hz}$ ； 13.调幅度： $0 \sim 100\%$ 多档可调； 14.连续工作时间 $\geq 4\text{h}$ ； 15.输出脉冲宽度： $250\mu\text{S} \pm 50\mu\text{S}$ ； （二）产品功能参数 1.立式外形设计，配备脚轮方便移动治疗； 2. $\geq 10.4$ 寸大尺寸 TFT 彩色液晶触摸屏，直观显示治疗时间、强度、处方等信息； 3.自主研发，产品获得实用新型专利； 4.采用自主研发的电极片； 5.每片电极板上最少设有 4 组，最少共 8 块导电电极，通过程序控制各组电极循环输出，模拟传统手法进行补法、泻法及平补平泻的治疗；	台	1		

序号	名称	技术参数	单位	数量	备注	
		6.内设四种模式供临床选择，开展相应的治疗； 7.具有双通道输出，每个通道可独立工作，可供最少 2 个不同病症的患者同时治疗或最少治疗 1 个患者不少于 2 个部位，为临床提高了经济效益； 8.每次治疗结束后都有声响提示，方便临床应用； 9.最少标配 2 套附件，双通道可同时使用； 10.仪器设有抽屉式储物盒，便于存储附件及数据线等；				
9	骨质疏松治疗仪	（一）产品技术参数 1、设备组成：微电脑操控台、治疗床、床面治疗器、两个环状治疗器、加热垫； ▲2、床面七节履带式磁疗器和可移动的双环状治疗器进行全方位治疗；(需提供产品彩页或技术白皮书或官网截图或技术参数说明或带 CMA 标识的检测报告) 3、环状治疗器由精密电机配合丝杆驱使进行移动治疗，更加平稳安全； 4、最大磁场强度为 4mT； 5、工作频率：1Hz~100Hz 连续可调，步长为 1Hz，精度为 ±10%； ▲6、设备具有自动程序、编辑程序、手动程序，总计 12 种程序可供临床选择：①自动程序有 6 种治疗模式选择：老年性、绝经后、股骨头、颈椎、腿部、手臂，可针对全身治疗，也可针对局部部位；治疗环根据设定的参数进行移动治疗；②编辑程序有十种，用户可以根据不同的病症及病情严重程度进行分步骤治疗，每个步骤都可以独立设置工作时间、输出波形、治疗强度、治疗频率及治疗环位置，设置完毕自动保存治疗方案；③手动程序是一种快捷治疗方式，可进行工作时间、输出波形、治疗强度、治疗频率及治疗环位置的调节，参数不保存，适用于简单的治疗。(需提供产品彩页或技术白皮书或官网截图或技术参数说明或带 CMA 标识的检测报告) ▲7、五种输出波形：正弦波、半正弦波、方波、三角波、脉冲波。波形周期为 0.01s-1s，精度为 ±10%；其中脉冲的有效脉宽为 5ms ±10%；(需提供产品彩页或技术白皮书或官网截图或技术参数说明或带 CMA 标识的检测报告) 8、治疗仪具有定时功能，可在 1min~99min 范围内设定所需时间，步距增量为 1min； 9、设备具有床面加热垫，配置独立加热开关，可单独开启或关闭；	台	1		
10	恒温蜡疗仪	（一）产品技术参数 1、电源：AC220V ±10%，50Hz ±1Hz； 2、功率：3000VA； 3、容积：蜡箱 ≥65 升，饼箱 ≥80 升； ▲4 饼箱：饼箱可一次性储存 8 盘蜡，可分成 2 区，每区均可独立控制，单独控温；(需提供产品彩页或技术白皮书或官	台	1		



序号	名称	技术参数	单位	数量	备注	
		网截图或技术参数说明或带 CMA 标识的检测报告) 5、显示方式: $\geq 10$ 英寸彩色液晶触摸显示屏; 6、温控范围: 熔蜡箱 $58^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ , 制饼箱 $45^{\circ}\text{C} \sim 65^{\circ}\text{C}$ , 温控精度: $\pm 3^{\circ}\text{C}$ ; 7、智能模式: $7 \times 24\text{H}$ 按照设定程序控制, 可以提前一周预约, 可自动启动、融蜡、消毒、保温; 常规模式: 可对蜡箱进行一键急融, 可对蜡饼箱进行一键恒温; 8、两种工作模式: 预约制饼模式、快速制饼模式; 8.1、预约制饼模式: 分为“蜡箱制饼”和“饼箱制饼”, 其中“蜡箱制饼”先从蜡箱融蜡, 然后将融化的蜡液注入饼箱制饼; “饼箱制饼”, 是在饼箱有未用完的冷却蜡饼的情况下, 直接在饼箱加热至使用温度; 8.2、快速制饼模式: 设定好参数后设备即刻启动制作蜡饼; 9、风道设计: 采用循环风道系统设计, 确保蜡饼内部无夹心无蜡液共存; 10、石蜡清洁: 通过加热介质将蜡加热至液态, 并进行过滤和消毒; 11、设备选材: 蜡箱表面经过喷塑处理, 易清洗, 防生锈, 坚固耐用; 内胆采用全高标 SUS304 不锈钢制作, 模块化设计清理及维护更方便; 12、双重安全保护: 超温保护、低液位报警; 超温保护: 融蜡箱温度超过 $95^{\circ}\text{C}$ 或饼箱温度超过 $90^{\circ}\text{C}$ 时, 均能自动切断加热装置; 低液位报警: 自动检测融蜡箱水位, 低水位自动报警; 13、外形尺寸: $1250\text{mm} \times 600\text{mm} \times 1000\text{mm}$ , 误差不大于 $\pm 5\%$ ; 左右结构, 无需额外操作平台; 蜡盘尺寸: $475\text{mm} \times 300\text{mm} \times 30\text{mm}$ ; ▲ 14、蜡饼厚度选择: 3 种厚度可供选择, 默认薄蜡饼 ( $10\text{mm}$ )、标准蜡饼 ( $15\text{mm}$ )、厚蜡饼 ( $19\text{mm}$ ); (需提供产品彩页或技术白皮书或官网截图或技术参数说明或带 CMA 标识的检测报告) 15、高温消毒功能; 16、提供储物空间: $480\text{mm} \times 300\text{mm} \times 470\text{mm}$ , 无需额外配置储物柜;				
11	半导体激光治疗仪	(一) 产品技术参数 1、名称: 半导体激光治疗仪 2、激光媒介: GaAlAs - 半导体 3、输出波长: 主波长 $808\text{nm} \pm 10\text{nm}$ 辅助波长 $650\text{nm} \pm 10\text{nm}$ 4、输出模式: 连续或间歇 5、工作方式: 双路输出, 独立控制, 非接触式, 体表垂直照射 6、▲ 激光器功率: 整机输出功率: 面照治疗头为: $500\text{mw}$	台	1		

序号	名称	技术参数	单位	数量	备注	
		<p>×3（808 激光）+5mw×80（650 激光）=1900mw 点照射治疗头为：500mw×1（808 激光）+5mw×6（650 激光）=530mw 输出总功率为：2430mw(需提供产品彩页或技术白皮书或官网截图或技术参数说明或带 CMA 标识的检测报告)</p> <p>7、最大功率：面照射治疗头：1000mw×3+10mw×80 点照射治疗头：1000mw×1+10mw×6</p> <p>8、单个激光器最大输出功率 500mw，调节范围 20-500mw，步进 1mw，显示值于工作激光实际输出允差为±20%。</p> <p>9、▲照射面积：①面照治疗头：24cm±1cm×14cm±1cm 面照射最大面积：≥33600mm<sup>2</sup>，3 个 808 激光管辐照面积(2cm—10cm):9cm<sup>2</sup>-60cm<sup>2</sup> (需提供产品彩页或技术白皮书或官网截图或技术参数说明或带 CMA 标识的检测报告) ②点照射治疗头：3.3cm±1cm，点照射最大面积：≥66mm<sup>2</sup>，1 个 808 激光管辐照面积(2cm—10cm):4cm<sup>2</sup>-40cm<sup>2</sup></p> <p>10、激光器数量：面照治疗头激光管 83 个，点照射治疗头激光管 7 个</p> <p>11、输出激光功率不稳定性 st：优于±10%</p> <p>12、输出激光功率复现性 Rp：优于±10%</p> <p>13、显示方式：彩色液晶显示屏，中文菜单</p> <p>14、操作：≥8 英寸触摸屏可随意触摸操作</p> <p>15、噪音：治疗仪噪音≤60dB(A)</p> <p>16、控制系统：微电脑控制</p> <p>17、气缸液压支架：全方位调节，全铝坚硬打造，高低升降，随推随用</p> <p>18、折页角度：治疗头水平转动角度≤330°，俯仰角度≤180°</p> <p>19、定时功能:1-90 分钟 触摸输入</p> <p>20、电源：220V±22V，50Hz 整机功耗：≤100VA</p>				
12	短波紫外线治疗仪	<p>（一）产品技术参数</p> <p>1、紫外线辐射波长：辐射波峰值波长为 253.7nm±3nm，此波段具有最佳的杀菌、消炎效果；</p> <p>2、体表照射器距离照射面距离 3cm 时，开机辐射强度 10mw/cm<sup>2</sup>±20%</p> <p>3、直光导距离照射面距离 1mm 时，紫外线辐射强度 10mw/cm<sup>2</sup>±20%</p> <p>4、鼻光导距离照射面距离 1mm 时，紫外线辐射强度 5mw/cm<sup>2</sup>；</p> <p>5、紫外线有效受照区：照射器对照射面进行垂直照射时，1 体表照射器距离照射面 3cm 距离时，受照面积≥12300mm<sup>2</sup>； 2 体腔照射器直光导距离照射面 1mm 距离时，受照面积≥177mm<sup>2</sup>；</p>	台	1		



序号	名称	技术参数	单位	数量	备注	
		3 体腔照射器弯光导距离照射面 1mm 距离时，受照面积 $\geq 180\text{mm}^2$ ； 4 体腔照射器鼻光导距离照射面 1mm 距离时，受照面积 $\geq 180\text{mm}^2$ ； 6、治疗时间：0s~100s 可调，步长 1s，误差为 $\pm 2\%$ 。预置可调； 7、语音提示功能：治疗结束时有音响提示； 8、高档显示面板，提示醒目准确；便于医务人员操作，使用简便； 9、治疗状态下，体腔手柄（通风口处）的温度达 $35^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 时，自动通风散热； 10、紫外线输出光源纯度：253.7nm 的紫外线辐照强度 $>90\%$ ； 11、紫外线辐射剂量：紫外线最大辐射剂量 $\leq 2\text{J}/\text{cm}^2$ ； ▲12、落地推车式外观， $\geq 5$ 寸液晶屏显示。(需提供产品彩页或技术白皮书或官网截图或技术参数说明或带 CMA 标识的检测报告)				
13	沙疗床	（一）产品技术参数 1.1 额定电源：AC 220V $\pm 10\%$ 50Hz 1.2 额定输入功率： $\leq 1900\text{W} \pm 100\text{W}$ 1.3 使用环境温湿度： $+5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ ；10%~95%RH 1.4 保存环境温湿度： $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ ；10%~95%RH 1.5 运行大气压力：860~1060hPa 1.6 运输和保存大气压力：860~1060hPa 1.7 控温范围：温度 40 度-60 度，允许误差： $+5^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$ 1.8 承载人体重量：5.0~200kg 允许误差： $\pm 10\text{kg}$ 1.9 温控显示屏：黑白屏 56*65mm 1.10 磁性黑沙重量：1000kg $\pm 100\text{Kg}$ 1.11 加热方式：远红外辐射传导加热 1.12 控温方式：互联网智能控制恒温 ▲1.13 沙疗用沙：吸热快，颜色多为黑灰色，具有高磁性（磁棒可吸附），含钙钾镁钠锌铁硒等多种微量元素，(需提供经国家认可的检测机构出具的带有“CMA”标识的合格检测报告扫描件，并加盖投标人公章）。 （二）、其他配置 1、磁性黑沙 2000 斤 $\pm 200$ 斤， 2、沙疗服 10 套 3、沙刷 1 把 4、沙瓢 1 把 5、计时器 1 个 6、保温床罩 1 床	台	2		

## 第二节 商务要求

### 一、主要商务要求

履行合同的时间、地点及方式	交货时间：合同签订后 45 日历日内供货安装调试完毕。 交货地点：由采购人指定。
质量保证期	壹年
响应时间	保修期内，产品若发生故障，中标人在接到采购人报修后，2 小时内维修响应，工作人员 24 小时内到达现场。
合同价款支付方式和条件	合同签订后设备安装调试完成甲方并验收合格付至货物款的 97%，预留 3% 作为质保金（质保期满壹年后无息一次性付清）。
解决争议的方式	<input type="checkbox"/> 仲裁 <input checked="" type="checkbox"/> 诉讼

### 二、售后服务要求

1. 服务承诺：供应商应保证所用产品为全新产品，免费提供技术支持服务。质保期内免费上门维修，终身提供技术支持和上门维护维修。保障所需配件的供应，及时做好售后服务工作，提供各类技术支持服务(包括电话技术支持和现场技术支持等)，中标人向招标人提供7×24小时热线电话服务，并通过多种形式实现技术咨询和故障报修，中标人向采购人提供系统操作使用说明书，并进行人员培训。

2. 培训：所提供的所有产品负责免费送货、安装、调试，直至设备正常使用。同时还负责向采购人培训设备的使用操作和维护，并与采购人签订售后服务协议，以保障采购人利益。对采购人的维修人员、操作人员进行操作培训。

3、质保期内中标人对产生质量问题的货物实行包换。质保期内，在非人为因素情况下，调换发生的费用均由中标人负责。

## 第六章 综合评分表

综合评分法			
适用范围		1000146096	
评审因素及权值			
评审因素		权值范围	
技术部分		40.0	
商务部分		30.0	
价格部分		30.0	
综合评分表			
评审因素	计分因素	分值	计分标准
技术部分 (F1、满分为100分)	节能环保标志产品加分	0.0	本项目的具体政府采购政策加分比例详见第二章投标须知前附表
	技术参数	60.0	全部满足招标文件技术条款的计 60 分。标注“★”号的参数为实质性要求参数（即重要参数）对其中任何一条的偏离，在评标时将其 视为无效投标。 标注“▲”项条款的为本项目关键性参数，每负偏离一项或缺漏项的扣 3 分；除“▲”项条款以外的为一般参数，每负偏离一项或缺漏项的扣 2 分，扣完为止。 备注：“▲”条款须按要求提供证明资料，未提供或提供不全的不计分。
	运营实施方案	20.0	根据投标人针对本项目提供清晰可行的运营实施方案，方案内容包含但不限于运营实施、服务流程、管理制度、项目活动结构等，由评委进行综合评比后计分： 1、运营实施方案完整，内容覆盖全面、科学合理且可行性强的计 5 分；较好的计 3 分；一般的计 1 分。 2、服务流程完整，内容覆盖全面、科学合理且可行性强的计 5 分；较好的计 3 分；一般的计 1 分。 3、管理制度完整，内容覆盖全面、科学合理且可行性强的计 5 分；较好的计 3 分；一般的计 1 分。

			4、项目活动结构完整，内容覆盖全面、科学合理且可行性强的计 5 分；较好的计 3 分；一般的计 1 分。 注：以上未提供方案的计 0 分。
	培训方案	20.0	1、针对本项目具有可行的技术培训方案，培训内容须包括但不限于：所提供设备的原理和技术性能、操作系统维护方法、安装调试、排除故障等方案。由评委进行综合评比后计分： 1、原理和技术性能描述详细完善、科学合理，可行性强的计 5 分；较好的计 3 分；一般的计 1 分。 2、操作系统维护方法详细完善、内容覆盖全面、科学合理且可行性强的计 5 分；较好的计 3 分；一般的计 1 分。 3、安装调试方案内容详细完善、科学合理、针对性强、可操作性强的计 5 分；较好的计 3 分；一般的计 1 分。 4、排除故障方案内容详细完善、科学合理、针对性强、可操作性强的计 5 分；较好的计 3 分；一般的计 1 分。 注：以上未提供方案的计 0 分。
	节能、节水产品或环境标志产品加分(此仅限于节能、节水产品或环境标志政府采购品目清单内产品，不是品目清单内的产品，在评审时不予以考虑)： $\text{所投节能、节水产品或环境标志产品的价格/项目总价格} \times \text{价格权值} \times 100 \times \text{本项目加分比例} = \text{应加分数}$ 注：整包中某一品目为节能、环境标志政府采购品目清单内产品时只对该品目价格加分，并合计到价格最终得分。		
商务部分 (F2、满分为 100 分)	类似业绩	30.0	2022 年 1 月以来，投标人承担过类似项目业绩的，每提供一个计 10 分，最多计 30 分。 (提供合同或中标（成交）通知书复印件，未提供的不计分。)
	售后服务方案	70.0	针对本项目有明确的售后服务方案，至少包含但不限于售后服务体系、人员设置、故障响应时间和故障恢复时间、服务处理流程、备品备件应急处理措施、配件供应时效性等方案，以上基本项计分点缺任意一点（没有单独列章节进行说明的）计 0 分，方案包含以上基本项的计 10 分。再继续按以下标准进行分档计分。 1) 售后服务体系内容详细完善、科学合理、针对性强、可操作性强的计 10 分；较好的计 6 分；一般的计 3 分。 2) 人员设置内容详细完善、科学合理、针对性强、可操作性强的计 10 分；较好的计 6 分；一般的计 3 分。 3) 故障响应时间和故障恢复时间内容详细完善、科学合理、针对性强、可操作性强的计 10 分；较好的计 6 分；一般的计 3 分。 4) 服务处理流程内容详细完善、科学合理、针对性强、可操作性强的计 10 分；较好的计 6 分；一般的计 3 分。 5) 备品备件应急处理措施内容详细完善、科学合理、针对性强、可操作性强的计 10 分；较好的计 6 分；一般的计 3 分。 6) 配件供应时效性内容详细完善、科学合理、针对性强、可操作性强的计 10 分；较好的计 6 分；一般的计 3 分。 注：以上未提供方案的计 0 分。

价格部分 (F3)	投标 报价	100.0	1、投标报价调整：本项目的具体政府采购政策价格扣除/加分比例详见第二章投标须知前附表；满足招标文件要求且投标报价中最低的投标报价为评标基准价其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100
	节能 节水 环境 标志 产品 加分	0.0	节能、节水产品或环境标志产品加分(此仅限于节能、节水产品或环境标志政府采购品目清单内产品，不是品目清单内的产品，在评审时不予以考虑)： 所投节能、节水产品或环境标志产品的价格 —————×价格权值×100×本项目加分比例= 应 加分数 项目总价格 注：整包中某一品目为节能、环境标志政府采购品目清单内产品时只对该品目价格加分，并合计到价格最终得分。
评委评分= $F1 \times A1 + F2 \times A2 + \dots + Fn \times An$			
A1、A2.....分别为各项评分因素所占的权值( $A1 + A2 + \dots + An = 1$ )			
推荐的中标候选人 数量	综合得分前 3 名。		
推荐中标候选人方 式	以综合得分高低顺序排名，得分最高的为第一成交候选人。		
说明	1、计算过程中，算术平均值保留 2 位小数（百分比亦取 2 位小数），第三位小数四舍五入。 2、投标人的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。		

## 第七章 投标文件格式与要求

### 目 录

- 一、资格证明文件封面
- 二、投标人资格证明文件审查
- 三、授权委托书
- 四、法定代表人（单位负责人）身份证明
- 五、投标人基本情况
- 六、投标人资格承诺函
- 七、湖南省政府采购供应商资格承诺函
- 八、项目免收投标保证金承诺书
- 九、联合体协议
- 十、符合性审查表
- 十一、商务文件封面
- 十二、投标函
- 十三、开标一览表(总价)
- 十四、分项价格表
- 十五、商务响应与偏离表
- 十六、中小企业声明函
- 十七、残疾人福利性单位声明函
- 十八、监狱企业证明材料
- 十九、招标文件规定的其他与本项目相关的证明文件

二十、进口产品经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件

二十一、按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料

二十二、附表：本项目所投节能、节水或环境标志产品

二十三、附表：本项目所投小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品清单

二十四、技术文件封面

二十五、货物说明一览表

二十六、技术规格、参数响应或偏离表

二十七、投标货物符合招标文件规定的证明文件

二十八、按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料

二十九、投标人需提供的其他资料

一、资格证明文件封面

# 政府采购 投标文件

（资格证明文件）

采购项目名称：\_\_\_\_\_

政府采购编号：\_\_\_\_\_

委托代理编号：\_\_\_\_\_

投标人\_\_\_\_\_

年 月 日



## 二、投标人资格证明文件审查

投标人应按本招标文件“第一章 投标邀请”中第二条“投标人资格要求”提供相应证明文件

### 资格审查表

序号	审查项目	审查内容
1	具有独立承担民事责任的能力	对照《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》，从相关网站查证投标人营业执照或事业单位法人证书（如投标人为自然人，应提供自然人的身份证明扫描件）。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	是否提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》。
3	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	是否提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》。
4	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	对照《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》，从相关网站查证。
5	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	对照《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》，从相关网站查证。
6	信用记录查询	对照《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》，从相关网站查证。
7	项目免收投标保证金承诺书	是否提供项目免收投标保证金承诺书。
8	投标报价超预算（上限值）	对照项目预算（上限值），审查投标报价是否超过项目预算（上限值）。
9	特定资格条件	根据招标文件要求提供。
10	法律、行政法规规定的其他条件	根据招标文件要求提供。
结论		

### 三、授权委托书

#### 授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名、职务）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权\_\_\_\_\_（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、补正、修改、撤回、提交\_\_\_\_\_（项目名称、政府采购编号、委托代理编号）资格审查文件和投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

授权委托人身份证扫描件

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）（电子签名或电子印章）：\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_

授权委托人（电子签名或电子印章）：\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

#### 四、法定代表人（单位负责人）身份证明

##### 法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

注册地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

经营范围：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_ 系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

法定代表人（单位负责人）身份证扫描件

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）（电子签名或电子印章）：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 五、投标人基本情况

### 投标人基本情况

#### 1.名称及概况:

(1) 投标人名称: \_\_\_\_\_ 地址: \_\_\_\_\_ 传真/电话号码: \_\_\_\_\_ 邮政编码: \_\_\_\_\_

(2) 成立或注册日期: \_\_\_\_\_

(3) 统一社会信用代码: \_\_\_\_\_

(4) 实收资本: \_\_\_\_\_

(5) 近期资产负债表 (到 \_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日止)

① 固定资产: \_\_\_\_\_

② 流动资产: \_\_\_\_\_

③ 长期负债: \_\_\_\_\_

④ 流动负债: \_\_\_\_\_

⑤ 净值: \_\_\_\_\_

(6) 法定代表人 (单位负责人) 姓名: \_\_\_\_\_

#### (7) 投标保证金信息

户名: \_\_\_\_\_

账号: \_\_\_\_\_

开户行: \_\_\_\_\_

开户行地址: \_\_\_\_\_ 省 \_\_\_\_\_ 市

#### 2. 经营范围: \_\_\_\_\_

#### 3. 近年营业额:

年度	总额
----	----


4.近年该货物主要销售客户的名称地址(可另附页):

(1)\_\_\_\_\_ (用户名称和地址) \_\_\_\_\_ (销售项目名称)

(2)\_\_\_\_\_ (用户名称和地址) \_\_\_\_\_ (销售项目名称)

5.同意为投标人制造货物的制造商名称、地址(非制造商填写)

\_\_\_\_\_

6, 近年类似项目业绩(可另附页):

采 购 人: \_\_\_\_\_

合同签订时间: \_\_\_\_\_

数 量: \_\_\_\_\_

合 同 金 额: \_\_\_\_\_

7.开立基本帐户银行的名称和地址: \_\_\_\_\_

(提供注册地人民银行开户许可证扫描件) 。

8.其他情况: 组织机构、技术力量、制造商体系认证情况等 。

9.提供营业执照副本及其年检合格(自然人为投标人时, 提供自然人身份证明)等证明材料的扫描件。

兹声明上述数据和资料是真实、正确的, 我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称(单位电子签章):

法定代表人(单位负责人)或授权委托人(电子签名或电子印章): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

## 六、投标人资格承诺函

### 投标人资格承诺函

致\_\_\_\_\_ (采购人、采购代理机构):

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为\_\_\_\_\_，全称为\_\_\_\_\_，统一社会信用代码为\_\_\_\_\_，法定代表人（单位负责人）为\_\_\_\_\_，身份证号码：\_\_\_\_\_，具有独立承担民事责任的能力，符合政府采购供应商的基本资格要求。

二、我单位未被“国家企业信用信息公示系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位依法缴纳税收和社会保障资金。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年的经营活动中无重大违法记录，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。

投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

- 1、在“信用中国”网被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
- 2、在“中国政府采购网”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
- 3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

十一、按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本公司所投产品制造商企业规模为：☐大型、☐中型、☐小型、☐微型。

注：第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 七、湖南省政府采购供应商资格承诺函

### 湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型☐ 中型☐ 小型☐ 微型☐

☐本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。

公司（单位）名称（电子签章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

机构代码：\_\_\_\_\_

注册登记机构：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

有效期：\_\_\_\_\_

注册资本：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

经济行业：\_\_\_\_\_

经济性质：\_\_\_\_\_



法定代表人（负责人）姓名（电子签名或电子印章）：\_\_\_\_\_

身份证号：\_\_\_\_\_

手机号：\_\_\_\_\_

授权代表人姓名（电子签名或电子印章）：\_\_\_\_\_

身份证号：\_\_\_\_\_

手机号：\_\_\_\_\_

## 八、项目免收投标保证金承诺书

### 项目免收投标保证金承诺书

致\_\_\_\_\_ (采购人、采购代理机构)：

根据衡阳市财政局《关于进一步降低政府采购投标成本的通知》（衡财购〔2022〕310号）文件精神，本项目免收投标保证金。我公司承诺，如有下列情形之一的，愿意承担相关的法律责任，并接受财政部门的相关处罚。

- （一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
- （二）未经采购人同意，将成交项目分包方式履行合同的；
- （三）在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；
- （四）在投标文件中提供虚假材料的；
- （五）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- （六）法律法规或者采购文件规定的其他情形。

特此承诺！

投标人名称（单位电子签章）：\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 九、联合体协议

### 联合体协议

致\_\_\_\_\_（采购人、采购代理机构）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加\_\_\_\_\_（项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：\_\_\_\_\_（各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人（单位负责人）姓名）

二、\_\_\_\_\_（某成员单位名称）为\_\_\_\_\_（联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标或成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，参加投标，履行中标或成交义务和中标或成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：\_\_\_\_\_。  
按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：\_\_\_\_\_。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式\_\_\_\_\_份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：

\_\_\_\_\_

成员名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 十、符合性审查表

### 符合性审查表

项目名称：\_\_\_\_\_

包号及包名称：\_\_\_\_\_

政府采购编号：\_\_\_\_\_

委托代理编号：\_\_\_\_\_

序号	审查项目	审查标准
1	投标文件有效性审查	投标文件上法定代表人（单位负责人）或授权委托人的签字齐全，按招标文件要求进行电子签章。
2	投标文件有效性审查	每个分包只能有一个方案投标（前附表中允许除外）。
3	投标文件有效性审查	只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价（前附表中允许除外）。
4	投标文件完整性审查	投标文件内容齐全、无遗漏。
5	投标文件对招标文件的响应程度审查	1、投标文件内容实质性响应（标注“★”号参数）； 2、一般商务和技术条款偏离项数之和是否超过投标须知前附表规定的偏离项数。
6	投标文件对招标文件的响应程度审查	投标有效期：满足招标文件规定
	.....	
结论		

十一、商务文件封面

# 政府采购 投标文件

（商务文件）

采购项目名称：\_\_\_\_\_

政府采购编号：\_\_\_\_\_

委托代理编号：\_\_\_\_\_

投标人\_\_\_\_\_

年 月 日

## 十二、投标函

### 投 标 函

致：\_\_\_\_\_（采购人、采购代理机构）：

根据贵方为\_\_\_\_\_（项目名称）的投标邀请（政府采购编号：\_\_\_\_\_, 委托代理编号：\_\_\_\_\_），签字代表\_\_\_\_\_（姓名、职务）经正式授权并代表投标人\_\_\_\_\_（投标人名称）提交下述文件并在此声明，所提交的投标文件内容完整、真实。

- 1、投标资格证明文件；
- 2、商务文件：投标函、开标一览表、分项价格表、商务条款响应/偏离表；
- 3、技术文件：货物说明一览表、技术规格响应/偏离表、投标货物符合招标文件规定的证明文件。

在此，签字代表宣布同意如下：

- 1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。
- 2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
- 3、投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
- 4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起\_\_\_\_\_个日历日。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。
- 5、投标人资格声明（见附件）。
- 6、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
- 7、废标后，若采购人向财政部门申请公开招标转竞争性谈判等采购方式，在收到贵方的通知后，我方本投标函及所有投标文件中声明、授权、承诺、盖章签字等，对于贵方采用竞争性谈判采购仍然有效。我方遵守贵方招标文件关于特殊情形采用竞争性谈判采购的有关规定，并无异议。
- 8、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_  
电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_ 年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

备注：

- 1、除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，在评标时将其视为无效投标。
- 2、投标人注册成立不足三年的，承诺与声明从单位成立始至参加本项目政府采购活动止(后同)。

### 十三、开标一览表(总价)

#### 开标一览表（固定总价）

项目名称		政府采购编号	
		委托代理编号	
包名称		包 号	第__包
货物名称		交货期	
品目编码			
投标报价	报价（小写金额）：_____（人民币元）		
	报价（大写金额）：_____（人民币元）		
<b>投标保证金：</b> 金额：_____元 交纳形式： <input type="checkbox"/> 支票 <input type="checkbox"/> 汇票 <input type="checkbox"/> 本票 <input type="checkbox"/> 金融机构、担保机构出具的保函 <input type="checkbox"/> 其他			
项目负责人			
备 注			

说明：

- 1、“品目编码”栏按《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）规定填写。
- 2、请按照第三章第16条的要求报价。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



## 十四、分项价格表

## 分项价格表

项目名称：

包号：

金额单位：人民币元

序号	采购 品目	货物 名称	品目 编码	品牌	参数 (型 号、规 格及参 数说 明)	制 造 厂 商 名 称	大 中 小 微 企 业 类 型	单 价	折扣 率/ 费率 (如 有)	数 量	小计	综合折 扣率/ 费率 (如 有)	政策功 能 编码	交付要求 (交货 期、质保 期、服务 内容等)	备注
报价合计（元）					大写：										
					小写：										

说明：品目编码是指货物《政府采购品目分类目录》中的分类代码，必须与采购文件的需求对应，否则报价有可能被拒绝。品牌和制造厂商指产品的品牌。中小微企业类型是指制造厂商为“中型企业”或者“小型、微型企业”。政策功能编码是指产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 十五、商务响应与偏离表

### 商务响应与偏离表

项目名称：\_\_\_\_\_

包号及包名称：\_\_\_\_\_

政府采购编号：\_\_\_\_\_

委托代理编号：\_\_\_\_\_

序号	招标文件章节条款号	招标文件要求	投标文件的应答	偏离说明	备注
			投标人保证：除本商务条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务条款完全响应，无偏离。（参考格式）		

注：1、投标人如果对招标文件商务条款的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明。

2、如投标人对招标文件商务条款的响应无偏离，应对完全响应，无偏离条款进行保证，无需填写相关条款内容。

3、如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件的所有商务条款，其**投标无效**。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 十六、中小企业声明函

### 中小企业声明函

（不满足以下条件的无需填写和盖章）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（单位电子签章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 十七、残疾人福利性单位声明函

### 残疾人福利性单位声明函

（不属于残疾人福利性单位的无需填写和盖章）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（单位电子签章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 十八、监狱企业证明材料

### 监狱企业证明材料

（不属于监狱企业的无需提供和盖章）

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定提供证明文件（扫描件）。

投标人名称（单位电子签章）：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 十九、招标文件规定的其他与本项目相关的证明文件

招标文件规定的其他与本项目相关的证明文件

## 二十、进口产品经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件

### 进口产品经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件

**备注：**提供（1）协议或授权函扫描件；

（2）制造商或者国内总代的《营业执照》（副本）扫描件。

投标人名称（单位电子签章）：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

二十一、按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料

按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料



## 二十二、附表：本项目所投节能、节水或环境标志产品

附表：本项目所投节能、节水或环境标志产品

品目号	产品名称	价格(元)	类型（节能/环境标志产品）	政策功能编码	备注
产品总价(元)					

注：享受节能、节水或环境标志产品政策优惠的，投标时应提供此表，以上所列产品应提供其在《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》中所对应品目名称截图以及认证证书扫描件，未按要求提供的，评审时不予以政策优惠考虑。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

二十三、附表：本项目所投小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品清单

附表：本项目所投小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品清单

品目号	产品名称	价格(元)	生产厂家（中小企业产品、监狱企业、残疾人福利性单位）	生产厂家名称
产品总价(元)				

注：投标时应提供此表，并招标文件格式条款提供承诺书，未按要求提供的，评审时不予以考虑。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

二十四、技术文件封面

# 政府采购 投标文件

（技术文件）

采购项目名称：\_\_\_\_\_

政府采购编号：\_\_\_\_\_

委托代理编号：\_\_\_\_\_

投标人\_\_\_\_\_

年 月 日

## 二十五、货物说明一览表

### 货物说明一览表

项目名称：\_\_\_\_\_

包号及包名称：\_\_\_\_\_

政府采购编号：\_\_\_\_\_

委托代理编号：\_\_\_\_\_

序号	包号及品目号	货物名称	制造商名称	型号规格	主要技术参数 和技术指标	备 注

备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 二十六、技术规格、参数响应或偏离表

### 技术规格、参数响应或偏离表

项目名称：\_\_\_\_\_

包号及包名称：\_\_\_\_\_

政府采购编号：\_\_\_\_\_

委托代理编号：\_\_\_\_\_

序号	招标文件章节条款号	招标文件要求	投标文件的应答	偏离说明	备注
			投标人保证：除本技术条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他技术条款完全响应，无偏离。（参考格式）		

注：1、投标人如果对招标文件技术规格、参数的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明。

2、如投标人对招标文件技术条款的响应无偏离，应对完全响应，无偏离条款进行保证，无需填写相关条款内容。

3、如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件的所有技术条款，其**投标无效**。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 二十七、投标货物符合招标文件规定的证明文件

### 投标货物符合招标文件规定的证明文件

**备注：**提供招标文件“技术规格、参数及要求”和“综合评分表”规定（包括投标货物的强制性认证、注册等）的证明材料扫描件

二十八、按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料  
按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料

## 二十九、投标人需提供的其他资料

### 投标人需提供的其他资料